

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำสำหรับบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวง

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ ในกรณีบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกขอให้ทดสอบมาตรวัดน้ำที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวงให้สอดคล้องกับ
การดำเนินงานในปัจจุบัน สะท้อนความเป็นจริงในการให้บริการทดสอบมาตรวัดน้ำ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการประปานครหลวง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการ
จัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับความในข้อ ๙ (๓) ของระเบียบ
การประปานครหลวง ว่าด้วยการเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าการการประปานครหลวง
จึงกำหนดอัตราค่าบริการการทดสอบมาตรวัดน้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ฝ่ายมาตรวัดน้ำ
มีหน้าที่และอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทดสอบมาตรวัดน้ำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มานิต ปานเอม

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

บัญชีแนบท้ายอัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ

แนบท้ายประกาศการประปานครหลวงเรื่อง กำหนดค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ
สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

อัตราค่าบริการ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การทดสอบมาตรวัดน้ำของบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวง ให้คิดค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ ดังนี้

๑. อัตราค่าบริการทดสอบความเที่ยง

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q๓/Q๑ หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑/๒ นิ้ว (DN๑๕)	R ≤ ๕๐	๗๕
	R = ๖๓	๘๐
	R = ๘๐	๘๕
	R = ๑๐๐	๙๐
	R = ๑๒๕	๙๕
	R = ๑๖๐	๑๐๐
	R = ๒๐๐	๑๐๕
	R = ๒๕๐	๑๑๕
	R = ๓๑๕	๑๓๐
	R = ๔๐๐	๑๔๕
	R = ๕๐๐	๑๖๐
	R = ๖๓๐	๑๙๐
	R ≥ ๘๐๐	๒๒๐

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_3/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๓/๔ นิ้ว (DN๒๐)	$R \leq ๕๐$ $R = ๖๓$ $R = ๘๐$ $R = ๑๐๐$ $R = ๑๒๕$ $R = ๑๖๐$ $R = ๒๐๐$ $R = ๒๕๐$ $R = ๓๑๕$ $R = ๔๐๐$ $R = ๕๐๐$ $R = ๖๓๐$ $R \geq ๘๐๐$	๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑๑๕ ๑๓๐ ๑๔๕ ๑๖๐ ๑๙๐ ๒๒๐
๑ นิ้ว (DN๒๕)	$R \leq ๕๐$ $R = ๖๓$ $R = ๘๐$ $R = ๑๐๐$ $R = ๑๒๕$ $R = ๑๖๐$ $R = ๒๐๐$ $R = ๒๕๐$ $R = ๓๑๕$ $R = ๔๐๐$ $R = ๕๐๐$ $R = ๖๓๐$ $R \geq ๘๐๐$	๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑๑๐ ๑๑๕ ๑๒๕ ๑๔๐ ๑๕๕ ๑๗๐ ๒๐๐ ๒๓๐

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_3/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐)	$R \leq ๕๐$ $R = ๖๓$ $R = ๘๐$ $R = ๑๐๐$ $R = ๑๒๕$ $R = ๑๖๐$ $R = ๒๐๐$ $R = ๒๕๐$ $R = ๓๑๕$ $R = ๔๐๐$ $R = ๕๐๐$ $R = ๖๓๐$ $R \geq ๘๐๐$	๒๓๐ ๒๓๕ ๒๔๐ ๒๔๕ ๒๕๐ ๒๖๐ ๒๗๐ ๒๘๐ ๓๐๐ ๓๒๐ ๓๕๐ ๓๘๐ ๔๒๐
๒ นิ้ว (DN๕๐)	$R \leq ๕๐$ $R = ๖๓$ $R = ๘๐$ $R = ๑๐๐$ $R = ๑๒๕$ $R = ๑๖๐$ $R = ๒๐๐$ $R = ๒๕๐$ $R = ๓๑๕$ $R = ๔๐๐$ $R = ๕๐๐$ $R = ๖๓๐$ $R \geq ๘๐๐$	๓๐๐ ๓๓๐ ๓๖๐ ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ ๗๕๐ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_3/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๓ นิ้ว (DN๘๐)	$R \leq ๕๐$	๔๕๐
	$R = ๖๓$	๕๐๐
	$R = ๘๐$	๕๕๐
	$R = ๑๐๐$	๖๐๐
	$R = ๑๒๕$	๖๕๐
	$R = ๑๖๐$	๗๐๐
	$R = ๒๐๐$	๘๐๐
	$R = ๒๕๐$	๘๕๐
	$R = ๓๑๕$	๙๐๐
	$R = ๔๐๐$	๙๕๐
	$R = ๕๐๐$	๑,๐๐๐
	$R = ๖๓๐$	๑,๒๐๐
	$R \geq ๘๐๐$	๑,๔๐๐
๔ นิ้ว (DN๑๐๐)	$R \leq ๕๐$	๖๐๐
	$R = ๖๓$	๖๕๐
	$R = ๘๐$	๗๐๐
	$R = ๑๐๐$	๗๕๐
	$R = ๑๒๕$	๘๐๐
	$R = ๑๖๐$	๘๕๐
	$R = ๒๐๐$	๙๕๐
	$R = ๒๕๐$	๑,๐๐๐
	$R = ๓๑๕$	๑,๐๕๐
	$R = ๔๐๐$	๑,๒๐๐
	$R = ๕๐๐$	๑,๔๐๐
	$R = ๖๓๐$	๑,๗๐๐
	$R \geq ๘๐๐$	๒,๐๐๐

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_3/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๖ นิ้ว (DN๑๕๐)	$R \leq ๕๐$ $R = ๖๓$ $R = ๘๐$ $R = ๑๐๐$ $R = ๑๒๕$ $R = ๑๖๐$ $R = ๒๐๐$ $R = ๒๕๐$ $R = ๓๑๕$ $R = ๔๐๐$ $R = ๕๐๐$ $R = ๖๓๐$ $R \geq ๘๐๐$	๙๐๐ ๙๕๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๕๐ ๑,๑๐๐ ๑,๑๕๐ ๑,๓๕๐ ๑,๔๕๐ ๑,๕๐๐ ๑,๖๕๐ ๑,๗๕๐ ๒,๐๐๐ ๒,๔๐๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	$R \leq ๕๐$ $R = ๖๓$ $R = ๘๐$ $R = ๑๐๐$ $R = ๑๒๕$ $R = ๑๖๐$ $R = ๒๐๐$ $R = ๒๕๐$ $R = ๓๑๕$ $R = ๔๐๐$ $R = ๕๐๐$ $R = ๖๓๐$ $R \geq ๘๐๐$	๒,๓๕๐ ๒,๔๐๐ ๒,๕๕๐ ๒,๗๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๙๕๐ ๓,๒๐๐ ๓,๓๐๐ ๓,๔๐๐ ๓,๕๐๐ ๓,๖๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๕๐๐

เที่ยงตรง

๒. อัตราค่าบริการทดสอบการป้องกันสนามแม่เหล็ก คิดอัตราเดียวกับค่าบริการทดสอบความ

(จำนวนการทดสอบ ๔ ครั้ง ได้แก่ ด้านบน ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่างของมาตรวัดน้ำ)

๓. อัตราค่าบริการทดสอบคงทนแรงดัน

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑/๒ นิ้ว(DN๑๕)	๕๐
๓/๔ นิ้ว(DN๒๐)	๕๐
๑ นิ้ว(DN๒๕)	๖๐
๑ ๑/๒ นิ้ว(DN๔๐)	๑๘๐
๒ นิ้ว(DN๕๐)	๒๔๐
๓ นิ้ว(DN๘๐)	๓๖๐
๔ นิ้ว(DN๑๐๐)	๕๐๐
๖ นิ้ว(DN๑๕๐)	๖๐๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	๑,๘๐๐

๔. อัตราค่าบริการทดสอบความดันสูญเสียดกคร่อม

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑/๒ นิ้ว(DN๑๕)	๑๐๐
๓/๔ นิ้ว(DN๒๐)	๑๐๐
๑ นิ้ว(DN๒๕)	๑๒๐
๑ ๑/๒ นิ้ว(DN๔๐)	๓๖๐
๒ นิ้ว(DN๕๐)	๔๘๐
๓ นิ้ว(DN๘๐)	๗๒๐
๔ นิ้ว(DN๑๐๐)	๑๐๐
๖ นิ้ว(DN๑๕๐)	๑,๒๐๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว(DN๒๐๐-DN๓๐๐)	๓,๖๐๐

๕. อัตราค่าบริการสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหล

ขนาดมาตรวัดน้ำ/เครื่องวัด	อัตราค่าบริการ (บาท)
๒ นิ้ว(DN๕๐)	๑๐,๐๐๐
๓ นิ้ว(DN๘๐)	๑๐,๐๐๐
๔ นิ้ว(DN๑๐๐)	๑๐,๐๐๐
๖ นิ้ว(DN๑๕๐)	๑๒,๕๐๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว(DN๒๐๐-DN๓๐๐)	๑๕,๐๐๐

หมายเหตุ ค่าบริการการสอบเทียบเป็นการสอบเทียบจุดสอบเทียบจำนวน ๓ จุด (๓ Points) จุดต่อไปคิดเพิ่มจุดละ ๑,๐๐๐ บาท

๖. อัตราค่าบริการเก็บรักษามาตรวัดน้ำ

ในกรณีที่มีการประปานครหลวงตรวจสอบและรายงานผลแจ้งผู้ขอรับบริการทดสอบมาตรวัดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับบริการทดสอบไม่นำมาตรวัดน้ำออกจากพื้นที่ภายใน ๓๐ วัน การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการเก็บรักษามาตรวัดน้ำภายหลังการตรวจสอบ โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราค่าบริการ (บาทต่อวันต่อเครื่อง)
๑/๒ นิ้ว(DN๑๕)	๒๐
๓/๔ นิ้ว(DN๒๐)	๒๐
๑ นิ้ว(DN๒๕)	๒๕
๑ ๑/๒ นิ้ว(DN๔๐)	๔๕
๒ นิ้ว(DN๕๐)	๕๐
๓ นิ้ว(DN๘๐)	๘๐
๔ นิ้ว(DN๑๐๐)	๑๐๐
๖ นิ้ว(DN๑๕๐)	๑๕๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	๓๐๐

๗. อัตราค่าบริการของผู้ขอรับบริการต้องการทดสอบมาตรวัดน้ำในกรณีเร่งด่วน

๗.๑ แบบด่วนพิเศษ คิดค่าบริการในอัตรา ๒ เท่าของค่าบริการอัตราปกติภายใน ๓ วันทำการ (ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง)

- มาตรวัดน้ำขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว-๑นิ้ว(DN๑๕ - DN๒๕) ค่า $R(Q_{๓}/Q_{๑})$ ไม่เกิน ๒๐๐ จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๒๐ เครื่องแต่ไม่เกิน ๕๐ เครื่อง
- มาตรวัดน้ำขนาด ศก.๑ ๑/๒ นิ้ว(DN๔๐) ค่า $R(Q_{๓}/Q_{๑})$ ไม่เกิน ๒๐๐ จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๑๐ เครื่องแต่ไม่เกิน ๕๐ เครื่อง

- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๒ นิ้ว(DN๕๐) ค่า $R(Q_{\text{ท}}/Q_{\text{ด}})$ ไม่เกิน ๒๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๔ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก.๓ นิ้ว-๔ นิ้ว (DN๘๐-DN๑๐๐) ค่า $R(Q_{\text{ท}}/Q_{\text{ด}})$ ไม่เกิน ๒๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๔ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก.๖ นิ้ว (DN๑๕๐) ค่า $R(Q_{\text{ท}}/Q_{\text{ด}})$ ไม่เกิน ๒๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๓ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๘ นิ้ว-๑๒ นิ้ว(DN๒๐๐ -DN๓๐๐) ค่า R ไม่เกิน ๒๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๑ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๓ เครื่อง

(ค่า R และจำนวนทดสอบ สามารถปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการประปานครหลวง)

๗.๒ แบบถ้วน คิดค่าบริการในอัตรา ๑.๕ เท่าของค่าบริการอัตราปกติภายใน ๕ วันทำการ (ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง)

- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว-๑นิ้ว(DN๑๕ - DN๒๕) ค่า $R(Q_{\text{ท}}/Q_{\text{ด}})$ ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๒๐ เครื่องแต่ไม่เกิน ๕๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก.๑ ๑/๒ นิ้ว(DN๔๐) ค่า $R(Q_{\text{ท}}/Q_{\text{ด}})$ ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๑๐ เครื่องแต่ไม่เกิน ๕๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๒ นิ้ว(DN๕๐) ค่า $R(Q_{\text{ท}}/Q_{\text{ด}})$ ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๔ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก.๓ นิ้ว-๔ นิ้ว (DN๘๐-DN๑๐๐) ค่า $R(Q_{\text{ท}}/Q_{\text{ด}})$ ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๔ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก.๖ นิ้ว (DN๑๕๐) ค่า $R(Q_{\text{ท}}/Q_{\text{ด}})$ ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๓ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๘ นิ้ว-๑๒ นิ้ว(DN๒๐๐ -DN๓๐๐) ค่า R ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๑ เครื่องแต่ไม่เกิน ๓ เครื่อง

(ค่า R และจำนวนทดสอบ สามารถปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการประปานครหลวง)

อัตราค่าบริการในการทดสอบมาตรฐานน้ำของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวงที่มีขนาดมาตรวัดน้ำไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ก. และบัญชีแนบท้ายประกาศ ให้คิดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรฐานน้ำในอัตราของขนาดที่สูงกว่าหนึ่งขนาด ถ้ามาตรวัดน้ำมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่การประปานครหลวงกำหนดสูงสุด ให้คิดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรฐานน้ำ ตามอัตราที่สูงสุดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้