

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยจัดซื้อด้วยเงิน
งบประมาณการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบจัดสรรระดับเขต ๑๐%, งบจัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% และสทบเงินบำรุงของ
หน่วยบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายการ
เครื่องตรวจจ็วภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๒ เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๘๖๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามเอกสารที่แนบ

Link ภายนอก: ๑.<http://www.trathealth.com/index.php?name=admin&file=newstender>

๒. <http://www.oic.go.th/infocenter๒๓/๒๓๗๓/#>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวปารณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายบุญชา สรรพโส)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอุทัย อ่อนภู)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ


วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕


ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


รายการที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑.	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ	๒ เครื่อง	๙๓๐,๐๐๐	๑,๘๖๐,๐๐๐
รวมเป็นเงิน (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				๑,๘๖๐,๐๐๐

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายสุรัชย์ เจียมกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวนิชกานต์ ใจสุทธิ)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขาสมิง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ จินดาดี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลเขาสมิง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายธนพล ยิสารคุณ)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแหลมงอบ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวพนาวัลย์ ธรรมบริสุทธิ)
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลแหลมงอบ


(นายบุญชา ลรรถไธ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๑. ความต้องการ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นถี่สูงแบบดิจิตอลชนิดสี พร้อมภาคบันทึกผล

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ตรวจอวัยวะภายในเพื่อวินิจฉัยโรคของอวัยวะภายในช่องท้อง โรคทางสูติ-นรีเวชกรรม โรคของหัวใจ หลอดเลือด และอวัยวะต่างๆ ของผู้ป่วย

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอล แสดงภาพได้ทั้งระบบสี และขาวดำ พร้อมอุปกรณ์

๓.๒ ตัวเครื่องมี ๔ ล้อ เคลื่อนย้ายได้สะดวก และสามารถทำการล็อกล้อให้หยุดนิ่งได้

๓.๓ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ ในประเทศไทย

๓.๔ มีช่องต่อ USB ๒.๐ ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง หรือมีช่องต่อ USB ๓.๐ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๓.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน IEC/EN ๖๐๖๐๑-๑ และ EN ๖๐๖๐๑-๒ หรือมาตรฐานความปลอดภัยด้านอื่นๆ

๓.๖ โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๑

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑. ตัวเครื่องมีระบบการรับส่งคลื่นเสียงความถี่สูงด้วยระบบดิจิตอล (Digital beamforming) มีช่องประมวลผลจำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ช่องสัญญาณ (Processing channel) โดยพร้อมกัน

๔.๒ จอภาพแสดงผลชนิด Wide Full HD LED หรือ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว สามารถปรับความสว่างของจอ และปรับกัมเมย หมุนซ้ายขวาได้ มี Resolution ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐x๑๐๒๔

๔.๓ ชุดควบคุมการทำงานประกอบด้วยจอภาพชนิด HD LED หรือ LCD แบบ Touch screen ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว สำหรับเลือกปรับค่าการทำงานของเครื่องโดยสะดวก และ Trackball พร้อมสวิตซ์เลือกการทำงานสำหรับฟังก์ชันต่างๆ

๔.๔ มีช่องต่อหัวตรวจได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง และหัวตรวจสามารถปรับความถี่ใช้งานได้หลายความถี่ และสามารถใช้งานได้ทุกช่องหัวตรวจ

๔.๕ สามารถเลือกระดับความลึกในการตรวจได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับหัวตรวจและโปรแกรม

๔.๖ มีโปรแกรมการใช้งาน และโปรแกรมการวัดครบทุกส่วนของร่างกายครบถ้วน เช่น Abdomen, Appendix, Breast, Cardiac, EM, Gynecology, Musculoskeletal, Obstetrics, Pediatric, Small parts, Urology, และ Vascular

๑.....ประธานกรรมการ

๒.....กรรมการ

๓.....กรรมการ

๔.....กรรมการ

๕.....กรรมการ

๔.๗ มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Auto optimization ใช้สำหรับการปรับภาพอัตโนมัติเมื่อกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวใน B Mode และ Doppler Mode

๔.๘ มีโปรแกรมลดสัญญาณรบกวนแบบ Full SRI (Full Speckle Reduction Imaging) หรือ Precision

๔.๙ ตัวเครื่องมีหน่วยความจำแม่เหล็กโดยรวมทั้งหมด (Hard disk) ชนิด SSD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB หรือ ชนิด HDD ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB

๔.๑๐ มีระบบสร้างภาพ Tissue Harmonic Imaging (THI) เพื่อช่วยในการเพิ่มความคมชัดและช่วยในการลด Noise ทำให้ภาพชัดเจนขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีขนาดลำตัวหนาได้

๔.๑๑ มีโปรแกรม Spatial Compounding เพื่อเพิ่มความละเอียดของภาพ โดยการส่งคลื่นจากหลายทิศทาง

๔.๑๒ มีระบบการเชื่อมโยง Network แบบมาตรฐาน DICOM ๓.๐

๔.๑๓ มีระบบสำรองไฟฟ้ากรณีฉุกเฉินที่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๔.๑๔ การแสดงผลระดับสีเทาของภาพ (Gray scale) ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ระดับ

๔.๑๕ สามารถเลือกแสดงภาพขณะทำการตรวจแบบภาพคู่ (Dual) และ ๔ ภาพ (Quad) ได้

๔.๑๖ มีปุ่ม User Keys ไม่น้อยกว่า ๓ ปุ่ม เพื่อความสะดวกของการจัดโปรแกรมการใช้งานของผู้ใช้

๔.๑๗ คุณสมบัติของการตรวจใน B-Mode

๔.๑๗.๑ สามารถปรับอัตราขยาย (Gain) ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ dB และปรับ Gain หลังจาก Freeze ภาพได้ (Post processing)

๔.๑๗.๒ มี System Dynamic Range ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ dB

๔.๑๗.๓ อัตราการแสดงผลภาพ (Frame Rate) ใน B Mode ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ Hz หรือ F/S

๔.๑๗.๔ สามารถปรับ Line density หรือ Frame rate ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ

๔.๑๗.๕ มีโปรแกรมการปรับภาพโดยวิธีเฉลี่ยเฟรม (Persistence) หรือ Time smooth สามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ

๔.๑๗.๖ สามารถปรับ Spatial Compounding ได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๔.๑๗.๗ มีโปรแกรมกำจัดสัญญาณรบกวนทำให้ภาพมีความขาวดำมากขึ้น (Reject)

๔.๑๗.๘ สามารถปรับความคมชัดของภาพเพื่อเน้นบริเวณของภาพ (Edge enhance)

๔.๑๗.๙ THI (Tissue Harmonic Imaging) ชนิด Multi-frequency สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ ความถี่ในหัวตรวจเดียวกัน

๔.๑๘ คุณสมบัติของการตรวจใน M-Mode

๔.๑๘.๑ สามารถปรับความเร็วกวาดภาพ (Sweep Speed) ได้

๔.๑๘.๒ สามารถปรับอัตราขยาย (Gain) ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ dB และมี System Dynamic Range ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ dB

๑.....ประธานกรรมการ

๒.....กรรมการ

๓.....กรรมการ

๔.....กรรมการ

๕.....กรรมการ

๔.๑๙ คุณสมบัติของการตรวจภายใน Color Doppler Mode

- ๔.๑๙.๑ สามารถเลื่อนระดับสี (Base line) ได้
- ๔.๑๙.๒ สามารถปรับระดับกำจัดสัญญาณรบกวน (Wall Filter) ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ
- ๔.๑๙.๓ สามารถปรับเปลี่ยน Color map ได้
- ๔.๑๙.๔ สามารถใช้งานได้ทั้ง Color Doppler และ Power Doppler
- ๔.๑๙.๕ สามารถปรับเปลี่ยน Scale (PRF) ได้
- ๔.๑๙.๖ สามารถปรับ Smooth ได้

๔.๒๐ คุณสมบัติของการตรวจใน PW Doppler Mode

- ๔.๒๐.๑ สามารถปรับระดับกำจัดสัญญาณรบกวน (PW wall filter) ได้
- ๔.๒๐.๒ สามารถปรับอัตราความเร็วได้ (Sweep speed) ได้
- ๔.๒๐.๓ สามารถปรับองศา (Angle) ของ PWD ได้
- ๔.๒๐.๔ สามารถปรับ Angle Steer ได้ไม่น้อยกว่า ๗ ระดับ หรือ ๓๐ องศา โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมและ

หัวตรวจ

- ๔.๒๐.๕ สามารถปรับขนาด Sample Volume (SV Size) ได้ในช่วง ๑.๐-๒๐.๐ mm.

๔.๒๑ ระบบการจัดเก็บภาพและข้อมูลในหน่วยความจำสำรองของเครื่อง

๔.๒๑.๑ สามารถทำการจัดเก็บภาพลงในหน่วยความจำสำรองของเครื่องด้วยรูปแบบสีและขาวดำได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พร้อมมีชุดบันทึกข้อมูลลงบนแผ่น CD-R/DVD

๔.๒๑.๒ มีระบบ Raw data image processing หรือ Post processing สามารถนำภาพที่บันทึกไว้กลับมาทำการวัดค่าใหม่ได้

- ๔.๒๑.๓ สามารถส่งข้อมูลออกจากตัวเครื่องได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านระบบ USB

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ หัวตรวจช่องท้อง (Convex)	จำนวน ๑	หัวตรวจ
๕.๒ หัวตรวจอวัยวะภายใน (Endocavity) หรือ หัวตรวจอวัยวะต้น (Linear)	จำนวน ๑	หัวตรวจ
๕.๓ มีเครื่องพิมพ์ภาพขาวดำลงบนกระดาษ (B/W Thermal Printer)	จำนวน ๑	เครื่อง
๕.๔ กระดาษพิมพ์ภาพขาว-ดำ	จำนวน ๓	ม้วน
๕.๕ เจล	จำนวน ๒	ลิตร
๕.๖ คู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	จำนวน ๑	ชุด

๑.....ประธานกรรมการ
๓.....กรรมการ
๕.....กรรมการ

๒.....กรรมการ
๔.....กรรมการ

๖.เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันรับมอบสินค้าครบถ้วน
- ๖.๓ ผู้ขายจะต้องมีเจ้าหน้าที่สอนการใช้งานเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ
- ๖.๔ มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยจากบริษัทผู้จำหน่าย (ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา)
- ๖.๕ กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา)
- ๖.๖ ในระยะประกันผู้ขายต้องเข้ามาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องทุกๆ ๓ เดือน
- ๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไว้จำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๘ หากสิ่งของตามสัญญาเกิดการชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือหาเครื่องที่มีสภาพการใช้งานได้ดีมาให้สำรองใช้ระหว่างซ่อมบำรุง
- ๖.๙ ผู้เสนอราคาต้องชี้แจงรายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค ในแคตตาล็อก พร้อมทำเครื่องหมาย และลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจน (ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรัชย์ เจริญกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณิกานต์ ใจสุทธิ)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขาสมิง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวลักษณ จินดาดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลเขาสมิง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพล ยิสารคุณ)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแหลมงอบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพนาวลัย ธรรมบริสุทธิ์)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลแหลมงอบ

(นายบัญชา ลรรพโล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
-รายการที่ ๑ เครื่องตรวจจอยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สำหรับเครื่องตรวจจอยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....

- รายการ เครื่องตรวจจอยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาค่าเครื่องละ ๙๓๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคาที่สืบราคาจากท้องตลาด

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ๑. หจก. เอ็มเอ็มแอล เมดเทค | ๒. หจก. เจ.เอส.แอล.อินเตอร์เทรด |
| ๓. บริษัท เคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด | ๔. บ. M.T ๙๘ PLUS |
| ๕. บริษัท เวลเนสส์ เมดิคอล จำกัด | |

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ทุกคน

- | | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| ๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) | ประธานกรรมการ |
| | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | |
| ๒) นางสาวณิกานต์ ใจสุทธิ | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| | รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ | |
| | โรงพยาบาลเขาสมิง | |
| ๓) นางสาวลักษณ จินดาดี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลเขาสมิง | |
| ๔) นายธนพล ยิสารคุณ | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| | รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ | |
| | โรงพยาบาลแหลมงอบ | |
| ๕) นางสาวพนาวลัย ธรรมบริสุทธิ | นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลแหลมงอบ | |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ ๔๙๙

ที่ ตร ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/๙๐๖

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางครุภัณฑ์วิทยาการแพทย์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาการแพทย์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลาง โดยจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบจัดสรรระดับเขต ๑๐%, งบจัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% และสทบเงินบำรุงของหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายละเอียดดังนี้ (เอกสาร ๑)

๑.งบจัดสรรระดับเขต ๑๐% ครุภัณฑ์วิทยาการแพทย์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๓๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลเขาสมิง

๒.งบจัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% ครุภัณฑ์วิทยาการแพทย์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๓๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลแหลมออบ

รายการที่ ๒ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant Warmer + T-Piece Resuscutor+v NIBP) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลเขาสมิง -

รายการที่ ๓ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant Warmer + T-Piece Resuscutor+v NIBP) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลบ่อไร่ -

รวม ๓ รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวม ๔ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางครุภัณฑ์วิทยาการแพทย์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางสืบทาราคาจากท้องตลาด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นสำคัญ ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท เท่ากับวงเงินงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้วผลการพิจารณา ปรากฏผล มีดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) (เอกสาร ๒)

/รายการที่ ๑...

รายการที่ ๑ เครื่องตรวจจ้อววะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลเขาสมิง ตำบลแสนตุง อำเภอสมิง จังหวัดตราด และโรงพยาบาลแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอลแหลมงอบ จังหวัดตราด วงเงินงบประมาณเครื่องละ ๙๓๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินงบประมาณ ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท เท่ากับวงเงินงบประมาณ คณะกรรมการฯ มีมติให้พิจารณาเกณฑ์ราคา ประกอบเกณฑ์อื่น (Price performance)

๓. ข้อระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มาตรา ๔ กำหนดนิยามคำว่า “ราคากลาง” ไว้ดังนี้ (เอกสาร ๓)

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

(๒) ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

(๓) ราคามาตรฐานที่สำนังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ตาม (๑) ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานงานของรัฐเป็นสำคัญ

๓.๒ มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้ชื่อยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

๓.๓ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญตามหลักเกณฑ์ (๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น

๓.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจัดซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย และข้อ ๒๑ วรรคสี่ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณาและการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและสองให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๓.๕ ตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ไว้ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓.๖ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

๓.๗ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๓.๘ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง มอบอำนาจให้แก่องค์ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผนวก ฉ มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่อยู่ใน อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจ ทุกชั้นตอน ทุกมาตรา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และทุกข้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ ข้อสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๓.๘.๑ ข้อ ๑ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จากเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด, เงินงบประมาณจังหวัด ตราดซึ่งมีโครงการที่มอบให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคและเงินนอกงบประมาณ ข้อ ๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ (อำนวยการสูง) ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๓.๘.๒ ข้อ ๒ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุจากเงินบำรุงของหน่วยบริการสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตราด ข้อ ๒.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” คณะกรรมการฯ จึงขอใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และผู้รับบริการ เป็นสำคัญ ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายการเครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๒ เครื่อง ราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับวงเงินงบประมาณ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยจัดซื้อด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับเขต ๑๐% และจัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% และสบทบเงินบำรุงของหน่วยบริการสุขภาพ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

๑) ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายการเครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๒ เครื่อง ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดเรียบร้อยแล้ว

๒) เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิด ประกาศ ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(นางสาวอุทัย อ่อนนุ)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวปรานทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายบัญชา สรรพโล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(รายละเอียดแนบท้าย)

รายละเอียดแนบท้ายราคากลางจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ด้วยงบเงินนอกงบประมาณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขงบจัดสรร

ระดับเขต ๑๐% ระดับจังหวัด ๒๐%

รายการ ที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ (แนบ)	สถานที่ได้รับ จัดสรร	ค่าเสื่อม ระดับ	งบลงทุน UC	สมทบ เงินบำรุง	วงเงิน งบประมาณ /หน่วย	ราคากลาง/ หน่วย	รวมวงเงินแต่ ละรายการ	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ											
๑	เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ	๒	เครื่อง	๔	รพ. เขาสมิง	๑๐%	๘๘๑,๗๗๗.๔๓	๔๘,๒๒๒.๕๗	๙๓๐,๐๐๐	๙๓๐,๐๐๐	๑,๘๖๐,๐๐๐
					รพ.แม่หลมงอบ	๒๐%	๘๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			
	รวม ๑ รายการ								ราคากลางเท่ากับวงเงิน งบประมาณ		๑,๘๖๐,๐๐๐