

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยจัดซื้อด้วยเงิน
งบประมาณทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบจัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% และสบทบเงินบำรุงของหน่วยบริการสุขภาพ สังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เครื่องให้
ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant Warmer + T-Piece Resuscitor+-
v NIBP) จำนวน ๒ เครื่องเป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามเอกสารที่แนบ

Link ภายนอก: ๑.<http://www.trathealth.com/index.php?name=admin&file=newstender>

๒. <http://www.oic.go.th/infocenter๒๗/๒๗๗๓/#>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายบัญญัติ สรรพใส)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอุทัย อ่อนงู)


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายการที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๒.	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด(Warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant Warmer + T-Piece Resuscutor+v NIBP)	๒ เครื่อง	๔๕๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐
รวมเป็นเงิน (เก้าแสนบาทถ้วน)				๙๐๐,๐๐๐


 (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายสุรัชย์ เจียมกุล)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด


 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางสาวลักขณ์ จินดาดี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 โรงพยาบาลเขาสมิง


 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางสาววิสากรณ์ ตั้งเกษม)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 โรงพยาบาลบ่อไร่


 (นายบัญชา สรรพโส)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด(Warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
(Infant Radiant Warmer + T-Piece Resuscutor+-v NIBP)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๑. ความต้องการ

ชุดช่วยชีวิตทารกแรกคลอดพร้อมอุปกรณ์

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ช่วยชีวิต และบำบัดรักษาอาการผิดปกติในทารกแรกคลอด

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ - ๒๔๐ โวลท์

๓.๒ ตัวเครื่องสามารถติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ และมีล้อ ๔ ล้อ เชื้อเคลื่อนที่ได้โดยสะดวก และสามารถ
ล้อคล้อให้หยุด อยู่กับที่ได้อย่างน้อย ๒ ล้อ

๓.๓ มีเตียงปฏิบัติการพร้อมเบาะรองนอน

๓.๔ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ควบคุมฟังก์ชันการทำงานด้วยระบบ Touch Screen

๓.๕ บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน EN ๖๐๖๐๑-๑, EN ๖๐๖๐๑-๑-๒

๓.๖ โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑. ระบบให้ความร้อน

๔.๑.๑ เครื่องกำเนิดความร้อน (Heater) ให้ความร้อน เป็นชนิด Ceramic Heating Element ทำความ
ร้อนได้สม่ำเสมอและกระจายความร้อนได้ดี ไม่เปลืองแสงสว่างขณะทำความร้อน โดยใช้ระดับพลังงานสูงสุดที่ ๖๕๐ วัตต์

๔.๑.๒ สามารถเลือก Mode การทำงานได้ ๓ รูปแบบ Baby Mode, Prewarm Mode, และ Manual Mode

๔.๑.๓ ชุดทำความร้อนสามารถหมุนไปด้านข้างได้เพื่อความสะดวกในการ X-Ray

๔.๑.๔ มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างสำหรับทำหัตถการ (Procedure Lamp) ขนาด ๓ วัตต์ โดยให้การ
สัมผัสรูปสัญลักษณ์ดวงไฟที่หน้าจอ

๔.๒ ระบบควบคุมอุณหภูมิ

๔.๒.๑ มีระบบ Manual control ที่สามารถปรับอุณหภูมิได้จากการตั้งพลังงานความร้อนของ Heater ได้

๔.๒.๒ มีระบบ Automatic (Servo Controlled) หรือ Baby Mode ที่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิที่ผู้ป่วยได้
ตั้งแต่ ๓๔-๓๗.๕ องศาเซลเซียส

๔.๒.๓ มีตัวเลขแสดงอุณหภูมิผู้ป่วย และอุณหภูมิที่ตั้งไว้บนหน้าจอแสดงผล

๑.....ประธานกรรมการ

๒.....กรรมการ

๓.....กรรมการ

(นายบัญชา ลรรพโล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๔.๓ เติียงปฏิบัติการ

- ๔.๓.๑ เบาะรองนอนหุ้มด้วยวัสดุกันน้ำ
- ๔.๓.๒ มีที่กั้นผู้ป่วยตกเตียง ทั้ง ๔ ด้าน เป็นวัสดุใสซึ่งสามารถพับลงได้อย่างน้อย ๓ ด้าน
- ๔.๓.๓ สามารถปรับท่า Trendelenburg ได้โดยปรับความลาดเอียงได้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า-๑๒ +๑๒ องศา โดยใช้ระบบมือหมุนจากด้านล่างของเตียง
- ๔.๓.๔ พื้นเตียงสามารถให้รับสี X-Ray ผ่านได้และมีภาคสำหรับใส่ฟิล์ม X-Ray ได้

๔.๔ APGAR score timer

- ๔.๔.๑ นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิทัล มีเสียงเตือน อย่างน้อย ๓ ระดับ ที่ ๑ นาที, ๕ นาที, ๑๐ นาที และหลังจากนั้นจะเตือนทุกๆ ๕ นาที เพื่อความสะดวกของผู้อภิบาลเด็กในการให้ APGAR score timer

๔.๕ มีระดับเตือนภัย (ALARM SYSTEM) ด้วยเสียง อย่างน้อยในกรณีดังต่อไปนี้

- ๔.๕.๑ High skin Temp/Low skin temp เมื่ออุณหภูมิของผิวหนังเด็กสูงกว่าที่ตั้งไว้ ๑ องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิผิวหนังเด็กสูงกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส ในโหมด Manual ซึ่งตัวทำความร้อนจะตัดการทำงานทันที (Heater power disabled)
- ๔.๕.๒ Sensor Disconnect เมื่อ Skin sensor มีปัญหาหรือหลุดจากตัวเครื่องใน Baby Mode
- ๔.๕.๓ Error เมื่อระบบการทำงานของ Hardware หรือ Software มีความผิดปกติ
- ๔.๕.๔ Power Failure เมื่อระบบไฟไม่เข้าเครื่องหรือปลั๊กไฟหลุด

๔.๖ มีชุดเฝ้าติดตามทารกแรกเกิด (Monitor) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๔.๖.๑ เครื่องเฝ้าติดตามทารกแรกเกิด (Monitor)

- ๔.๖.๑.๑ สามารถวัดค่า ECG ได้
- ๔.๖.๑.๒ สามารถวัดค่า SPO₂ ได้
- ๔.๖.๑.๓ สามารถวัดค่า NIPB ได้

๔.๖.๒ มีอุปกรณ์ Oxygen Flow Meter สำหรับปรับจ่ายออกซิเจนให้กับผู้ป่วย

- ๔.๖.๒.๑ มีอัตราการไหลของออกซิเจน ที่ ๐-๑๕ ลิตรต่อนาที
- ๔.๖.๒.๒ มีขีดบอกปริมาตรการไหล ที่มองเห็นชัดเจน และสามารถเห็นลูกบอลได้ชัดเจน
- ๔.๖.๒.๓ มีลูกบิดสามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจน พร้อมเครื่องหมายระบุทิศทางการปรับ

๔.๖.๓ มีชุดอุปกรณ์สำหรับดูดเสมหะ (Venturi Suction)

- ๔.๖.๓.๑ มีแรงดูดสูงสุด (Maximum Vacuum) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mbar
- ๔.๖.๓.๒ ตัวเกจวัดค่าหุ้มด้วยพลาสติกที่ทำความสะอาดได้ง่าย

๑.....ประธานกรรมการ

๒.....กรรมการ

๓.....กรรมการ

(นายบัญชา ลรรหไล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดตราด

๔.๗ โคมไฟส่องเด็กตัวเหลือง (Phototherapy)

- ๔.๗.๑ ใช้หลอดไฟ Philips LEDs มีค่าความยาวคลื่นที่อยู่ในช่วง ๔๐๐-๕๐๐ nm
- ๔.๗.๒ มีอายุการใช้งานของหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- ๔.๗.๓ ชุดโคมไฟ LED ออกแบบเป็นมุมเอียง โคมไฟสองโคมแยกกัน เพื่อให้ครอบคลุมผิวผนังได้สูงสุด
- ๔.๗.๔ ตัวโคมไฟออกแบบโดยให้มีช่องว่างตรงกลางที่สามารถใช้ร่วมกับ Radian Warmer ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

- ๔.๗.๕ สามารถใช้งานร่วมกับ Radiant Warmer, Infant bed, Incubator ที่มีอยู่ในห้องตลาดได้

๔.๘ เครื่องวัดแสง (Light meter)

- ๔.๘.๑ สามารถตรวจวัดความเข้มของแสงสีน้ำเงินได้ทั้งหลอดไฟ ชนิด LED และ ฟลูออเรสเซนต์
- ๔.๘.๒ วัดความเข้มของแสงได้ทั้ง ๒ ด้าน (Double side)
- ๔.๘.๓ ช่วงการวัดค่าความเข้มของแสง ตั้งแต่ ๐.๑-๑๕๐ $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
- ๔.๘.๔ มีความแม่นยำในการอ่านค่า ไม่น้อยกว่า $\pm 3\%$
- ๔.๘.๕ ตอบสนองความยาวคลื่นในช่วง ๔๐๐ นาโนเมตร ถึง ๕๒๐ นาโนเมตร
- ๔.๘.๖ ตัวเครื่องสามารถต่ออุปกรณ์เสริมที่สามารถวัดค่าได้ดังต่อไปนี้ (Options)
 - ๔.๘.๖.๑ มีเซนเซอร์วัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจน (O₂ Sensor)
 - ๔.๘.๖.๒ มีเซนเซอร์วัดค่า แรงดัน (Pressure Sensor)
 - ๔.๘.๖.๓ มีเซนเซอร์วัดอัตราการไหลของอากาศ (Flow Sensor)

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ มี Reusable Skin Temperature Probe	จำนวน ๒	ชุด
๕.๒ มีชุด Oxygen Flow meter	จำนวน ๑	ชุด
๕.๓ มีชุด Suction Venturi	จำนวน ๑	ชุด
๕.๔ มีชุด Monitor	จำนวน ๑	ชุด
๕.๕ มีถังออกซิเจน ขนาด ๐.๕ คิว	จำนวน ๒	ถัง
๕.๖ มีชุด Regulator	จำนวน ๑	ชุด
๕.๗ มีโคมไฟส่องเด็กตัวเหลืองชนิด LED	จำนวน ๑	ชุด
๕.๘ มีเครื่องวัดแสง	จำนวน ๑	ชุด
๕.๙ แผ่นปิดตาป้องกันแสง	จำนวน ๑๐	ชิ้น
๕.๑๐ คู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ	จำนวน ๑	ชุด

๑.....ประธานกรรมการ

๒.....กรรมการ

๓.....กรรมการ

(นายบัญชา วรรณโณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๖.เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันรับมอบสินค้าครบถ้วน
- ๖.๓ ผู้ขายจะต้องมีเจ้าหน้าที่สอนการใช้งานเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๖.๔ มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยจากบริษัทผู้จำหน่าย (ในวันยื่นเสนอราคา)
- ๖.๕ กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ในวันยื่นเสนอราคา)
- ๖.๖ ในระยะประกันผู้ขายต้องเข้ามาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องทุกๆ ๖ เดือน
- ๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไว้อำนาจจากบริษัทผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๘ หากสิ่งของตามสัญญาเกิดการชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหาเครื่องที่มีสภาพการใช้งานได้ดีมาให้สำรองใช้ระหว่างซ่อมบำรุง
- ๖.๙ ผู้เสนอราคาต้องชี้แจงรายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค ในแคตตาล็อก พร้อมทำเครื่องหมาย และลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจน (ในวันยื่นเสนอราคา)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรัชย์ เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวลักขณ์ จินดาดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลเขาสมิง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววริศกรณม์ ตั้งเกษม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลบ่อไร่

(นายบัญชา สรรพโล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-รายการที่ ๒ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant Warmer + T-Piece Resuscutor+-v NIBP) จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) สำหรับ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant Warmer + T-Piece Resuscutor+-v NIBP)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕

- รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant Warmer + T-Piece Resuscutor+-v NIBP) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคาที่สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท เคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด

๒. หจก. เจ.เอส.แอล.อินเตอร์เทรด

๓. หจก.เอ็มเอ็มแอล เมด เทค

๔. บ. วิลเมอร์ แคร์ จำกัด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ทุกคน

๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการ

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๒) นางสาวลักษณ์ จินดาดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

โรงพยาบาลเขาสมิง

๓) นางสาววิสากรณ์ ดึงเกษม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

โรงพยาบาลบ่อไร่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ ๔๔๔

ที่ ตร ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/สอผ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลาง โดยจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบจัดสรรระดับเขต ๑๐%, งบจัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% และสทบเงินบำรุงของหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายละเอียดดังนี้ (เอกสาร ๑)

๑.งบจัดสรรระดับเขต ๑๐% ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๓๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลเขาสมิง

๒.งบจัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๓๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลแหลมงอบ

รายการที่ ๒ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant Warmer + T-Piece Resuscutor+v NIBP) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลเขาสมิง

รายการที่ ๓ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant Warmer + T-Piece Resuscutor+v NIBP) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลบ่อไร่

รวม ๓ รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวม ๔ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางสืบราคาจากท้องตลาด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นสำคัญ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากับวงเงินงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้วผลการพิจารณา ปรากฏผล มีดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) (เอกสาร ๒)

/รายการที่ ๒...

รายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant Warmer + T-Piece Resuscutor+v NIBP) จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลเขาสมิง ตำบลแสนตุง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และโรงพยาบาลบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด วงเงินงบประมาณเครื่องละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๙๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากับวงเงินงบประมาณ

คณะกรรมการฯ มีมติให้พิจารณาเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม

๓. ข้อระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มาตรา ๔ กำหนดนิยามคำว่า “ราคากลาง” ไว้ดังนี้ (เอกสาร ๓)

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ตาม (๑) ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานงานของรัฐเป็นสำคัญ

๓.๒ มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้ชื่อแหล่งของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

๓.๓ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ (๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว

๓.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจัดซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย และข้อ ๒๑ วรรคสี่ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณาและการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและสองให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๓.๕ ตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ไว้ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.sprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓.๖ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

๓.๗ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้แก่องค์ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผณวก ฉ มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจ ทุกชั้นตอน ทุกมาตรา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และทุกข้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ ข้อสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๓.๗.๑ ข้อ ๑ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จากเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด, เงินงบประมาณจังหวัดตราดซึ่งมีโครงการที่มอบให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคและเงินนอกงบประมาณ ข้อ ๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ (อำนวยการสูง) ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๓.๗.๒ ข้อ ๒ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุจากเงินบำรุงของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ข้อ ๒.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔.ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” คณะกรรมการฯ จึงขอใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และผู้รับบริการ เป็นสำคัญ สำหรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ราคากลางเครื่องละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับวงเงินงบประมาณ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยจัดซื้อด้วยงบประมาณทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% และสทบเงินบำรุงของหน่วยบริการสุขภาพ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

๑) ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายการเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant Warmer + T-Piece Resuscitator+v NIBP) จำนวน ๒ เครื่อง ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดเรียบร้อยแล้ว

๒) เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(นางสาวอุทัย อ่อนนุ)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวปราณีทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายบัญชา สรรพโกล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียดแนบท้ายราคาากลางจากเกณฑ์ราคาากลางและคุณลักษณะเฉพาะและราคาากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ด้วยเงินนอกงบประมาณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขงบจัดสรร

ระดับจังหวัด ๒๐%

รายการ ที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ (แผ่น)	สถานที่ได้รับ จัดสรร	ค่าเสื่อม ระดับ	งบลงทุน UC	สมทบ เงินบำรุง	วงเงิน งบประมาณ /หน่วย	ราคากลาง/ หน่วย	รวมวงเงินแต่ ละรายการ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ										
๑	เครื่องให้ความอบอุ่นทารก แรกเกิด (Warmer) พร้อม อุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant Warmer + T- Piece Resuscutor+-v NIBP)	๒ เครื่อง	๔	รพ.เขาสมิง รพ.บ่อไร่	๒๐% ๒๐%	๓๘๙,๓๕๔.๘๐ ๔๕๐,๐๐๐	๖๐,๒๔๕.๒๐ ๐	๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐
	รวม ๑ รายการ							ราคากลางเท่ากับวงเงิน งบประมาณ		๙๐๐,๐๐๐