



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี: ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติงบจัดสรรระดับ จังหวัด ๒๐% รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายการเครื่องเอกซเรย์พื้น วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ตามเอกสารที่แนบ Link ภายนอก: ๑. http://www.trathealth.com/index.php?name=admin&file=newstender ๒. http://www.oic.go.th/infocenter/๒๗/๒๗๗๓/# หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายบุญชา สรรพโส) ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางวิภา หมดลั้ง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕	

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
จัดสรรระดับหน่วยบริการ ๒๐%
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายการเครื่องเอกซเรย์ฟัน วงเงิน
๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 - ๑) บริษัท เคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด
 - ๒) บริษัท โอเร็็กซ์ เทคดิง จำกัด
 - ๓) บริษัท บี บี เอ็ม กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑) นายไพริน ศิริพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒) นายพิริยะ สุภพานิชย์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓) นางปณัสดา เพียรหล้า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเอกซเรย์ฟัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๑) ความต้องการ

เครื่องเอกซเรย์ฟัน สามารถปรับค่าความต่างศักย์ได้ไม่น้อยกว่าช่วง ๕๐ กิโลโวลต์ ถึง ๗๐ กิโลโวลต์ เลือกกระดับกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าช่วง ๔ มิลลิแอมป์ ถึง ๘ มิลลิแอมป์ และกำลังไฟฟ้าสูงสุด มีค่าไม่น้อยกว่า ๔๒๐ วัตต์ แบบติดผนัง

๒) วัตถุประสงค์การใช้งาน


เป็นเครื่องเอกซเรย์สำหรับการถ่ายภาพฟันในช่องปาก เพื่อใช้สำหรับหน่วยงานทันตกรรม

๓) คุณสมบัติทั่วไป


- ๓.๑) คลื่นเอกซเรย์เป็นแบบความถี่สูง (X-ray High Frequency) แหล่งกำเนิดระบบดิจิทัล (Digital Generator) เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงและปริมาณรังสีต่ำ ความถี่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลเฮิรตซ์
- ๓.๒) มีเทคโนโลยีในการป้องกันรังสี เพื่อป้องกันปริมาณรังสีรั่วไหล
- ๓.๓) มีระบบความปลอดภัยด้านรังสี เพื่อจำกัดรังสีที่มีปริมาณบางที่ไม่จำเป็น (Soft Radiation) ออกไปตามมาตรฐาน UL ของประเทศสหรัฐอเมริกา
- ๓.๔) มีชุดควบคุมการทำงาน โดยมีจอภาพแสดงชนิด LCD สำหรับการแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สามารถเลือกค่ากายวิภาคสำหรับการถ่ายภาพรังสี (Anatomical Programming: APR) และสำหรับแสดงค่าการทดสอบ (Self-Diagnostic Message)

๔) คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑) เครื่องเอกซเรย์สามารถใช้กับไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ได้
- ๔.๒) แหล่งกำเนิดพลังงาน มีค่ากำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๒๐ วัตต์
- ๔.๓) ค่าความต่างศักย์ของหลอดเอกซเรย์ (kV) มีค่าไม่น้อยกว่าช่วง ๕๐ กิโลโวลต์ ถึง ๗๐ กิโลโวลต์ โดยสามารถปรับค่าได้ครั้งละ ๑ กิโลโวลต์
- ๔.๔) ค่ากระแสไฟฟ้าของหลอดเอกซเรย์ (mA) มีค่าไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิแอมป์ ถึง ๘ มิลลิแอมป์ โดยสามารถปรับค่าได้ครั้งละ ๑ มิลลิแอมป์
- ๔.๕) ระยะเวลาในการถ่ายภาพรังสีมีค่าไม่น้อยกว่าช่วง ๔๐ มิลลิวินาที ถึง ๔ วินาที โดยสามารถปรับค่าได้ครั้งละ ๑๐ มิลลิวินาที
- ๔.๖) ขนาดจุดโฟกัสของหลอดเอกซเรย์ (Focal Spot) มีขนาดไม่ใหญ่เกินกว่า ๐.๔ มิลลิเมตร เป็นไปตามมาตรฐานของ IEC
- ๔.๗) ชุดควบคุมและป้องกันพร้อมแสดงความปลอดภัยของแหล่งจ่ายไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 - ๔.๗.๑) มีปุ่มกดสำหรับทดสอบ (Test) ระบบการทำงานการจ่ายกระแสไฟที่ปลั๊กจ่ายไฟ โดยมีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟชนิด LED เพื่อยืนยันสถานะของแหล่งไฟ
 - ๔.๗.๒) มีสัญญาณไฟ LED แสดงเมื่อเกิด ไฟเกิน ไฟตก การจ่ายไฟ และหน่วงเวลา
 - ๔.๗.๓) มีระบบ Auto restart โดยสามารถตั้งการหน่วงเวลาก่อนจ่ายไฟได้น้อย ๒ ช่วงเวลา คือไม่เกิน ๕ วินาที และ ๑ นาที เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของกระแสไฟ
 - ๔.๗.๔) มีหน้าปัดแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าซึ่งวัดจากแหล่งจ่ายไฟแบบ Real time
 - ๔.๗.๕) ตัวเครื่องมีความไวในการตรวจจับปัญหาไฟตกไฟเกิน ไม่เกิน ๑ วินาที

๑)..........ประธานกรรมการ

๒)..........กรรมการ

๓)..........กรรมการ


๕) อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๕.๑) เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบติดตั้งบนผนัง จำนวน ๑ เครื่อง
- ๕.๒) เสื้อตะกั่วป้องกันรังสี แบบมี Collar คลุมเฉพาะด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๓) แก้วปรับระดับด้วยระบบไฮโดรลิก จำนวน ๑ ตัว
- ๕.๔) คู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

๖) คุณสมบัติและเงื่อนไขอื่น

- ๖.๑) เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๒) ผู้ขายจะต้องทำการรับประกันคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ฟัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี นับตั้งแต่ส่งมอบและตรวจรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ๖.๓) ภายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องทำการดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี
- ๖.๔) ผู้ขายจะต้องทำการติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อยและทดสอบการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีเจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำการใช้งานเครื่องจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๖.๕) กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๖.๖) ผลิตภัณฑ์และโรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐานอย่างน้อย CE , US FDA ๕๑๐k , ISO ๑๓๔๘๕ , ISO๙๐๐๑ (ยื่นในวันเสนอราคา)
- ๖.๗) ในระยะเวลาประกันกรณีที่เครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อได้รับการแจ้งจากส่วนราชการแล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้าแก้ไขแล้วถึง ๓ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายไพริน ศิริพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพิริยะ สุกพานิชย์)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลแหลมงอบ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางปัสษดา เพียรหล้า)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด


(นายบัญชา สรรพโล)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

รายการ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องเอกซเรย์ฟัน	๑ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายไพริน ศิริพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพิริยะ สุภพานิชย์)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลแหลมงอบ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางปณัสดา เพียรหล้า)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(นายบัญชา ลรรหโเล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ๔๔๑

ที่ ตร ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/๗๙๑

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าและ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับโรงพยาบาลแหลมงอบ ด้วยเงินงบประมาณการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐ % นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางเรียบร้อยแล้ว ผลการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้

- คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางมาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับ เปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ และเพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

- ๑) บริษัท เคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด
- ๒) บริษัท โอเร็็กซ์ เทคดิง จำกัด
- ๓) บริษัท พี พี เอ็ม กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) จำกัด

๓.ข้อระเบียบ

๓.๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจัดซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย และข้อ ๒๑ วรรคสี่ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณาและการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและสองให้เป็นไปตาม ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

/๓.๒ ตามหนังสือ...

๓.๒ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

๓.๓ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้แก่องค์ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผนวก.ณ. ข้อ ๒ (๒.๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ จากเงินบำรุงของหน่วยงานบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โดยมีวงเงินในการมอบอำนาจภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๓. ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑) ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ที่คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒) เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด



(นางวิภา หมดลิ่ง)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่

๑๑/๑๑/๖๕



(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

m. ๗



(นายบุญชา ลรรถโธ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ๔๔๑

ที่ ตร ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/๗๙๐

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าและ
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับโรงพยาบาลแหลมงอบ ด้วยเงินงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับจังหวัด
๒๐ % นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าและคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อดังกล่าว
ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางเรียบร้อยแล้ว ผลการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้

- คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางมาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับ
เปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ และเพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

- ๑) บริษัท เคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด
- ๒) บริษัท โอเร็กซ์ เทรตติ้ง จำกัด
- ๓) บริษัท บี บี เอ็ม กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) จำกัด

๓.ข้อระเบียบ

๓.๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๒๑ ในการจัดซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย และข้อ ๒๑ วรรคสี่
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณาและการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและสองให้เป็นไปตาม
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม


/๓.๒ ตามหนังสือ...

๓.๒ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

๓.๓ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผนวก ฉ. ข้อ ๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุภายในส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดของตนเองเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลางที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นายไพริน ศิริพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพิริยะ สุภพานิชย์)

ทันตแพทย์ชำนาญการ


โรงพยาบาลแหลมงอบ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางปณัสดา เพียรหล้า)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

 (นายบัญชา ลรรถโธ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด