

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติงบประมาณจัดสรรระดับจังหวัด ๒๐ %

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายการเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด ตามเอกสารที่แนบตามเอกสารที่แนบ

Link ภายนอก: ๑.<http://www.trathealth.com/index.php?name=admin&file=newstender>

๒. <http://www.oic.go.th/infocenter๒๓/๒๓๗๓/#>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวปราณีทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายธนวัฒน์ วงศ์พันธ์)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายธนภุต อยู่นันทพิทักษ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ ๔๔๑
ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๔๙๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการที่ ๔
เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐ % นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางเรียบร้อยแล้วผล
การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๑ แหล่งที่มาของราคากลางมาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับ
เปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ และเพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ซื้อ มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยสืบราคาจากท้องตลาด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ดังนี้

๑. บริษัท วิลเมอร์ แคร่ จำกัด
๒. บริษัท เอ.บี.เมดิคอล จำกัด
๓. บริษัท อินทรา ไปโอเมต จำกัด
๔. บริษัท เอชซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด

๒.๒ ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางเท่ากับ
วงเงินงบประมาณ

๒.๓ คณะกรรมการฯ มีมติใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะ
หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ (๑)

๓. ข้อระเบียบ

๓.๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจัดซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอด้วย และข้อ ๒๑ วรรคสี่ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณาและการประชุมของ
คณะกรรมการ ตามวรรคหนึ่งและสองให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็น
และเหมาะสม (เอกสารหมายเลข ๓)

/๓.๒ พระราชบัญญัติ...

๓.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้ชื่อของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ (เอกสารหมายเลข ๔)

๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ (เอกสารหมายเลข ๕)

๓.๔ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง มอบอำนาจให้แก่องค์ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด ผนวก ฉ. ข้อ ๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุภายในส่วนราชการ และ หน่วยงานในสังกัดของตนเองเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข ๖)

๔. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไประเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ เห็นควรให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามใน

๕.๑ ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๕.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๓ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อนุมิตติ

(นายธนภฤต อู่นันทพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่ (๑.๖ 4/ม.๖๔)

(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ ๔๔๑
ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๔๙๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๒๕๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ รายการที่ ๔ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐ % นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ผลการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๑ แหล่งที่มาของราคากลางมาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับ
เปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ และเพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซื้อมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยสืบราคาจากท้องตลาด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ดังนี้

๑. บริษัท วิลเมอร์ แคร่ จำกัด
๒. บริษัท เอ.บี.เมดิคอล จำกัด
๓. บริษัท อินทรา ไปโอเมด จำกัด
๔. บริษัท เอชซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด

๒.๒ ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง
เท่ากับวงเงินงบประมาณ

๒.๓ คณะกรรมการฯ มีมติใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะ
หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ (๑)

๓. ข้อระเบียบ

๓.๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจัดซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอด้วย และข้อ ๒๑ วรรคสี่ องค์กรประกอบ ระยะเวลาการพิจารณาและการประชุมของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและสองให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็น
และเหมาะสม (เอกสารหมายเลข ๓)

/๓.๒ พระราชบัญญัติ...

๓.๒ พระราชบัญญัติ การจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ (เอกสารหมายเลข ๔)

๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่ สาระสำคัญ (เอกสารหมายเลข ๕)

๓.๔ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมอบอำนาจให้แก่องค์ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า ราชการจังหวัดตราด ผนวก.ณ. ข้อ ๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุภายในส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดของตนเองเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข ๖)

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคา กลางที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุรชัย เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวกานดา เจริญสุข)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายการ
เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงินงบ
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐%
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่...๒๒...เม.ย...๒๕๖๖.....
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ดังนี้
 - ๑ บริษัท วิลเมอร์ แคร่ จำกัด
 - ๒ บริษัท อินทรา ไปโอเมต จำกัด
 - ๓ บริษัท เอ.บี.เมดิคอล จำกัด
 - ๔ บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑) นายสุรชัย เจียมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	ประธานกรรมการ
๒) นายสรายุทธ บุญฤทธิ์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓) นางสาวกานดา เจริญสุข	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๑. ความต้องการ

ชุดช่วยทารกแรกคลอดพร้อมอุปกรณ์

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ช่วยชีวิต และบำบัดรักษาอาการผิดปกติในทารกแรกคลอด

๓. คุณสมบัติโดยทั่วไป

๓.๑ สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ - ๒๔๐ โวลต์

๓.๒ ตัวเครื่องสามารถติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ และมีล้อ ๔ ล้อ เช่นเคลื่อนที่ได้โดยสะดวก และสามารถล็อคล้อให้หยุดอยู่กับที่ได้อย่างน้อย ๒ ล้อ

๓.๓ มีเตียงปฏิบัติการพร้อมเบาะรองนอน

๓.๔ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ควบคุมฟังก์ชันการทำงานด้วยระบบ Touch Screen

๓.๕ มีมาตรฐานรองรับ EN ๖๐๖๐๑-๑, EN ๖๐๖๐๑-๑-๒

๓.๖ โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. คุณลักษณะทั่วไปและเฉพาะทางเทคนิค

๔.๑ ระบบให้ความร้อน

๔.๑.๑ เครื่องกำเนิดความร้อน (Heater) ให้ความร้อนเป็นชนิด Ceramic Heating Element ทำความได้สม่ำเสมอและกระจายความร้อนได้ดี ไม่เปล่งแสงสว่างขณะทำความร้อน โดยใช้พลังงานสูงสุดอยู่ที่ ๖๕๐ วัตต์

๔.๑.๒ สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ ๓ รูปแบบ Prewarm Mode, Manual Mode และ Baby Mode

๔.๑.๓ ชุดทำความร้อนสามารถหมุนไปด้านข้างได้เพื่อความสะดวกในการ X-Ray

๔.๑.๔ มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างสำหรับทำหัตถการ (Procedure Lamp) ขนาด ๓ วัตต์ โดยให้การสัมผัสรูปสัญลักษณ์ดวงไฟที่หน้าจอ

๔.๒ ระบบควบคุมอุณหภูมิ

๔.๒.๑ ระบบ Manual control ที่สามารถปรับอุณหภูมิได้จากการตั้งพลังงานความร้อนของ Heater ได้

๔.๒.๒ ระบบ Automatic (Servo Controlled) หรือ (Baby Mode) ที่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิที่ผู้ป่วยได้ตั้งแต่ ๓๔ - ๓๗.๕ องศาเซลเซียส

๔.๒.๓ มีตัวเลขแสดงอุณหภูมิผู้ป่วย และอุณหภูมิที่ตั้งไว้บนหน้าจอแสดงผล



(นายสุรัชย์ เจียมกุล)
ประธานกรรมการ



(นายสรารุทธิ์ บุญฤทธิ์)
กรรมการ



(นางสาวกานดา เจริญสุข)
กรรมการ

๔.๓ เติียงปฏิบัติการ

- ๔.๓.๑ เบาะรองนอนหุ้มด้วยวัสดุกันน้ำ
- ๔.๓.๒ มีที่กั้นผู้ป่วยตกเตียง ทั้ง ๔ ด้าน เป็นวัสดุใส ซึ่งสามารถพับลงได้อย่างน้อย ๓ ด้าน
- ๔.๓.๓ สามารถปรับท่า Trendelenburg ได้โดยปรับความลาดเอียงได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า -๑๒ องศา ถึง + ๑๒ องศา โดยใช้ระบบมือหมุนจากด้านล่างของเตียง
- ๔.๓.๔ พื้นเตียงสามารถให้รังสี X-Ray ผ่านได้และมีถาดสำหรับใส่ฟิล์ม X-Ray ได้

๔.๔ APGAR Score Timer

มีนาฬิกาจับเวลาระบบดิจิทัล มีเสียงเตือนอย่างน้อย ๓ ระดับ ที่ ๑ นาที, ๕ นาที, ๑๐ นาที และหลังจากนั้นจะเตือนทุกๆ ๕ นาที เพื่อความสะดวกของผู้อภิบาลเด็กในการให้ APGAR Score Timer

๔.๕ ระบบเตือนภัย (Alarm System) ด้วยเสียง อย่างน้อยในกรณีต่อไปนี้

๔.๕.๑ High skin temp/Low skin temp เมื่ออุณหภูมิของผิวหนังเด็กสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ตั้งไว้ ๑ องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิหนึ่งเด็กสูงกว่า ๓๘ องศา ในโหมด Manual ซึ่งตัวทำความร้อนจะตัดการทำงานทันที

๔.๕.๒ Sensor Disconnect เมื่อ Skin Sensor มีปัญหาหรือหลุดจากตัวเครื่องใน Baby Mode

๔.๕.๓ Error เมื่อระบบการทำงานของ Hardware หรือ Software มีความผิดปกติ

๔.๕.๔ Power Failure เมื่อระบบไฟไม่เข้าเครื่องหรือปลั๊กไฟหลุด

๔.๖ มีชุดเฝ้าติดตามทารกแรกเกิด (Monitor) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๔.๖.๑ เครื่องเฝ้าติดตามทารกแรกเกิด (Monitor)

๔.๖.๑.๑ สามารถวัดค่า ECG ได้

๔.๖.๑.๒ สามารถวัดค่า SPO₂ ได้

๔.๖.๑.๓ สามารถวัดค่า NIPB ได้

๔.๖.๒ ชุดอุปกรณ์ Oxygen Flow Meter สำหรับปรับจ่ายออกซิเจนให้กับผู้ป่วย

๔.๖.๒.๑ มีอัตราการไหลของออกซิเจน ที่ ๐ - ๑๕ ลิตรต่อนาที

๔.๖.๒.๒ มีขีดบอกปริมาตรการไหล ที่มองเห็นชัดเจน และสามารถเห็นลูกบอลได้ชัดเจน

๔.๖.๒.๓ มีลูกบิดสามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจน พร้อมเครื่องหมายระบุทิศทางการปรับ

๔.๖.๓ มีชุดอุปกรณ์สำหรับดูดเสมหะ (Vemuri Suction)

๔.๖.๓.๑ มีแรงดูดสูงสุด (Macimum Vacuum) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ mbr

๔.๖.๓.๒ ตัวเกจวัดค่าหุ้มด้วยพลาสติกที่ทำความสะอาดได้ง่าย



(นายสรชัย เจียมกุล)
ประธานกรรมการ



(นายสรารุณี บุญฤทธิ์)
กรรมการ

กนก เจริญสุข

(นางสาวกานดา เจริญสุข)
กรรมการ

๔.๗ โคมไฟส่องเด็กตัวเหลือง (Phototherapy)

- ๔.๗.๑ ใช้หลอดไฟ Philips LEDs มีค่าความยาวคลื่นที่อยู่ในช่วง ๔๐๐ - ๕๐๐ nm
- ๔.๗.๒ มีอายุการใช้งานของหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- ๔.๗.๓ ชุดโคมไฟ LED ออกแบบเป็นมุมเอียง โคมไฟสองโคมแยกกัน เพื่อให้ครอบคลุมผิวหนังได้สูงสุด
- ๔.๗.๔ ตัวโคมไฟออกแบบโดยให้มีช่องว่างตรงกลางที่สามารถใช้ร่วมกับ Radian Warmer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๔.๗.๕ สามารถใช้งานร่วมกับ Radiant Warmer, Infant bed, Incubator ที่มีอยู่ในห้องคลอดได้

๔.๘ เครื่องวัดแสง (Light meter)

- ๔.๘.๑ สามารถตรวจวัดความเข้มของแสงสีน้ำเงินได้ทั้งหลอดไฟ ชนิด LED และฟลูออเรสเซนต์
- ๔.๘.๒ วัดค่าความเข้มของแสงได้ทั้ง ๒ ด้าน (Double side)
- ๔.๘.๓ ช่วงการวัดค่าความเข้มของแสง ตั้งแต่ ๐.๑ - ๑๕๐ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- ๔.๘.๔ มีความแม่นยำในการอ่านค่า คลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 3\%$
- ๔.๘.๕ ตอบสนองความยาวคลื่นในช่วง ๔๐๐ นาโนเมตร ถึง ๕๒๐ นาโนเมตร
- ๔.๘.๖ ตัวเครื่องสามารถต่ออุปกรณ์เสริมที่สามารถวัดค่าได้ดังต่อไปนี้ (Options)
- ๔.๘.๖.๑ มีเซนเซอร์วัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจน (O₂ Sensor)
 - ๔.๘.๖.๒ มีเซนเซอร์วัดค่า แรงดัน (Pressure Sensor)
 - ๔.๘.๖.๓ มีเซนเซอร์วัดอัตราการไหลของอากาศ (Flow Sensor)

๕.อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|---|---------------|
| ๕.๑ มีReusable Skin Temperature Probe | จำนวน ๒ ชุด |
| ๕.๒ มีชุด Oxygen Flow Meter | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๓ มีชุด Suction Venturi | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๔ มีชุด Momitor | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๕ มีถังออกซิเจน ขนาด ๐.๕ คิว | จำนวน ๒ ถัง |
| ๕.๖ มีชุด Regulator | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๗ มีโคมไฟส่องเด็กตัวเหลืองชนิด LED | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๘ มีเครื่องวัดแสง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๙ แผ่นปิดตาป้องกันแสง | จำนวน ๑๐ ชิ้น |
| ๕.๑๐ คู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ | จำนวน ๑ ชุด |



(นายสุรัชย์ เจียมกุล)
ประธานกรรมการ



(นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์)
กรรมการ



(นางสาวกานดา เจริญสุข)
กรรมการ

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันรับมอบสินค้าครบถ้วน
- ๖.๓ ผู้ขายจะต้องมีเจ้าหน้าที่สอนการใช้งานเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๖.๔ มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัท ผู้ผลิต หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยจากบริษัทผู้จำหน่าย (ในวันยื่นเสนอราคา).
- ๖.๕ กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ในวันยื่นเสนอราคา).
- ๖.๖ ในระยะประกันผู้ขายต้องเข้ามาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องทุกๆ ๖ เดือน
- ๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไว้จำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๘ ในระยะเวลารับประกันกรณีที่เครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อได้รับการแจ้งจากส่วนราชการแล้วผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้าแก้ไขแล้วถึง ๓ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๙ ผู้เสนอราคาต้องชี้แจงรายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค ในแคตตาล็อก พร้อมทำเครื่องหมาย และลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจน (ในวันยื่นเสนอราคา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรชัย เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกานดา เจริญสุข)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายธนวัฒน์ วงศ์พันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

รายการ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด	๑ เครื่อง	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐

(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรัชย์ เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุราวดี บุญฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กานดา เจริญสุข.....กรรมการ

(นางสาวกานดา เจริญสุข)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



(นายธนวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลาง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมยุทธนาวิภาะช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

๑. นายสุรชัย เจียมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	ประธานกรรมการ
๒. นายสรายุทธ บุญฤทธิ์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวกานดา เจริญสุข	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวิภา หมดลั้ง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่
๒. นายธนกฤต อุยั่นทพิทักษ์	นักวิชาการพัสดุ	เจ้าหน้าที่

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องแจ้งจากท่านประธาน

ประธานแจ้งว่า ขอเชิญคณะกรรมการมาร่วมกันประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรระดับ จังหวัด ๒๐% รายละเอียดตามแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบทาราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายการเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่ การดำเนินการครั้งนี้จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑) ราคากลางมาจากสืบทาราคาจากท้องตลาด เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาของผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้

๒) เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยสืบทาราคาเฉพาะจากท้องตลาด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ดังนี้

- ๒.๑ บริษัท วิลเมอร์ แคร่ จำกัด
- ๒.๒ บริษัท เอ.บี.เมดิคอล จำกัด
- ๒.๓ บริษัท อินทรา ไปโอเมต จำกัด
- ๒.๔ บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสืบบาราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายการเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่ การดำเนินการครั้งนี้จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑) ราคากลางมาจากสืบบาราคาจากท้องตลาด เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้

๒) เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยสืบบุคคลลักษณะเฉพาะจากท้องตลาด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ดังนี้

๒.๑ บริษัท วิลเมอร์ แคร่ จำกัด

๒.๒ บริษัท เอ.บี.เมดิคอล จำกัด

๒.๓ บริษัท อินทรา ไฮโอเมด จำกัด

๒.๔ บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด

รายละเอียดแนบท้ายนี้ จำนวน ๑ ชุด สำหรับการดำเนินการจัดซื้อครั้งนี้ ต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....

(นายธนภุต อยู่นันทพิทักษ์)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชัย เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกานดา เจริญสุข)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
และสื่อบราดกลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องยุทธนาวิภาะช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

[illegible]



คำสั่งจังหวัดตราด

ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยจังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด ๒๐%

รายการที่ ๑ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ ๔ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร

รายการที่ ๒ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลบ่อไร่

รายการที่ ๓ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง

รายการที่ ๔ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่

รายการที่ ๕ เครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลเกาะกูด

รายการที่ ๖ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพริก
จำนวน ๖ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| ๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) | ประธานกรรมการ |
| | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | |
| ๒) นางสาวศุภรัตน์ มุจรินทร์ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | กรรมการ |
| | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง | |
| ๓) นางสาวกิตติมา เรืองศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง | |

/รายการที่ ๒...

ประกอบด้วย	รายการที่ ๒ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง		
	๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ประธานกรรมการ
	๒) นางสุรีย์พร โตสดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ่อไร่	กรรมการ
	๓) นางสาวจิรภาส เทพจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ่อไร่	กรรมการ
ประกอบด้วย	รายการที่ ๓ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง		
	๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ประธานกรรมการ
	๒) นางมาริสา เบ้าหล่อ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง	กรรมการ
	๓) นางมนกานต์ ศิริพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง	กรรมการ
ประกอบด้วย	รายการที่ ๔ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง		
	๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ประธานกรรมการ
	๒) นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์	นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลคลองใหญ่	กรรมการ
	๓) นางสาวกานดา เจริญสุข	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลคลองใหญ่	กรรมการ
ประกอบด้วย	รายการที่ ๕ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง		
	๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ประธานกรรมการ
	๒) นางสาวศิริรัตน์ ศรีสุวรรณ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเกาะกูด	กรรมการ
	๓) นางสาวน้ำผึ้ง หาญเทศ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลเกาะกูด	กรรมการ

/๒.๖ รายการที่ ๖...

รายการที่ ๖ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| ๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) | ประธานกรรมการ |
| | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | |
| ๒) นายชัยยศ เจริญรูป | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพริก | |
| ๓) นายพงษ์ศักดิ์ อิ่มทสาร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพริก | |

ให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
ตามคำสั่งนี้มีหน้าที่พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง ให้เหมาะสมกับครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ต่อทางราชการ
และไม่เป็นการเฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายการใดรายการหนึ่งโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และรายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากได้รับทราบคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายชนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด