



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

ที่ ๖ /๒๕๕๗

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทแก๊สอัดความดัน จำนวน ๔ รายการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบท้ายประกาศ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมควบคุมมลพิษ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุนามไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคาในวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
และจะเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๕
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้ายประกาศกลาง ชั้น ๑)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ

ณ

วันที่

๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางศิวพร จอมพงศ์)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ขอบเขตการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ประเภทแก๊สอัดความดัน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีสอบราคา

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแก๊สอัดความดัน สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำ ดิน และอากาศ ของกลุ่มห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนัก/กอง/ฝ่าย ของกรมควบคุมมลพิษ โดยประกอบด้วยแก๊สอัดความดัน จำนวน ๔ รายการ

๑. คุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแก๊สอัดความดัน จำนวน ๔ รายการ

มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

๑.๑ แก๊สไนโตรเจน (Nitrogen Gas) ขนาดบรรจุ ๗ ลบ.ม. จำนวน ๑๐ ท่อ

๑.๑.๑ ความบริสุทธิ์ 99.999% (UHP) ขนาดบรรจุ ๗ ลบ.ม.

๑.๑.๒ มีปริมาณออกซิเจนไม่เกิน ๓ ppm น้ำไม่เกิน ๓ ppm และไฮโดรคาร์บอนรวมไม่เกิน 1 ppm

๑.๑.๓ ความดันท่ออย่างน้อย 2,000 psig ขนาดวาล์ว CGA 580

๑.๑.๔ ทุกท่อจัดส่งโดยมีอุปกรณ์กันกระแทกหัววาล์ว (Safety Cap) ซึ่งบริษัทสามารถเก็บคืนพร้อมท่อเปล่า

๑.๑.๕ กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน

๑.๒ แก๊สฮีเลียม (Helium Gas) ขนาดบรรจุ ๗ ลบ.ม. จำนวน ~~๓๐~~ ^{๒๐} ท่อ

๑.๒.๑ ความบริสุทธิ์ 99.999% (UHP) ขนาดบรรจุ ๗ ลบ.ม.

๑.๒.๒ มีปริมาณออกซิเจนไม่เกิน 3 ppm น้ำไม่เกิน 3 ppm และ ไฮโดรคาร์บอนรวมไม่เกิน 1 ppm

๑.๒.๓ ความดันท่ออย่างน้อย 2,000 psig ขนาดวาล์ว CGA 580

๑.๒.๔ ทุกท่อจัดส่งโดยมีอุปกรณ์กันกระแทกหัววาล์ว (Safety Cap) ซึ่งบริษัทสามารถเก็บคืนพร้อมท่อเปล่า

๑.๒.๕ กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน

๑.๓ ไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) ขนาดบรรจุ ๑๘๐ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ถัง

๑.๓.๑ ความบริสุทธิ์ 99.999% (UHP)

๑.๓.๒ มีปริมาณออกซิเจนไม่เกิน 3 ppm น้ำไม่เกิน 3 ppm และไฮโดรคาร์บอนรวมไม่เกิน 1 ppm

๑.๓.๓ ปริมาตรอย่างน้อย ๑๑๘ ลบ.ม. ขนาดบรรจุถัง PLC 180 ลิตร ความดันใช้งาน 80-90 psig และมี Safety Valve ควบคุมความดันไม่เกิน 100 psig

๑.๓.๔ มีเอกสารรับรองคุณภาพของไนโตรเจนเหลว (Certificate) แต่ละถังที่จัดส่ง

๑.๓.๕ บริษัทต้องรับผิดชอบในการจัดหาข้อต่อและเปลี่ยนอุปกรณ์ข้อต่อที่ชำรุด

๑.๓.๖ บริษัทต้องดำเนินการติดตั้งถังไนโตรเจนเหลว ณ จุดใช้งาน บริเวณชั้น ๓ อาคารห้องปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

๑.๓.๗ ต้องมีถังไนโตรเจนเหลวหมุนเวียนใช้งานสำหรับกรมควบคุมมลพิษ จำนวนอย่างน้อย ๑๐ ถัง พร้อมส่งมอบให้กรมควบคุมมลพิษอย่างน้อย ๓ ครั้งต่อสัปดาห์

๑.๓.๘ กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน

- ๑.๔ อาร์กอนเหลว (Liquid Argon) ขนาดบรรจุ ๑๘๐ ลิตร จำนวน ๕ ถัง
- ๑.๔.๑ ความบริสุทธิ์ 99.999% (UHP)
 - ๑.๔.๒ มีปริมาณออกซิเจนไม่เกิน 3 ppm น้ำไม่เกิน 3 ppm และไฮโดรคาร์บอนรวมไม่เกิน 1 ppm
 - ๑.๔.๓ ปริมาตรอย่างน้อย ๑๓๙ ลบ.ม. ขนาดบรรจุถัง PLC 180 ลิตร ถึงความดันสูง ความดันใช้งาน Headspace 150-350 psi และมี Safety Valve ควบคุมความดันไม่เกิน 350 psi
 - ๑.๔.๔ มีเอกสารรับรองคุณภาพของอาร์กอนเหลว (Certificate) แต่ละถังที่จัดส่ง
 - ๑.๔.๕ บริษัทต้องรับผิดชอบในการจัดหาข้อต่อและเปลี่ยนอุปกรณ์ข้อต่อที่ชำรุด
 - ๑.๔.๖ บริษัทต้องดำเนินการติดตั้งถังไนโตรเจนเหลว ณ จุดใช้งาน บริเวณชั้น ๓ อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
 - ๑.๔.๗ กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๒.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๒.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

๓. การพิจารณาราคา

จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา และพิจารณาราคาแยกแต่ละรายการ

วิมล