



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

ที่ ๕๙/๒๕๕๘

เรื่อง ประกวดราคาซื้อขาดอุปกรณ์ถึงเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อขาดอุปกรณ์ถึงเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมควบคุมมลพิษ
- ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๖. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรมควบคุมมลพิษ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๑๙ พค. ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๕๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕๕๘

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๘
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pcd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๒ ๒๙๘ ๒๒๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



ชาตังอุปกรณ์ถึงเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย

จำนวน: ๕ ชุด

๑. ชาตังทำจากวัสดุที่เป็นสแตนเลสหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือมีคุณภาพดีกว่า สามารถรับน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า ๘ กิโลกรัม
๒. ชาตัง ส่วนที่เป็นแกนกลางมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ ไม่น้อยกว่า ๔๐ มิลลิเมตร สามารถปรับระดับได้ในช่วงประมาณ ๘๐๐-๑๒๐๐ มิลลิเมตร หรือมากกว่านี้ และส่วนที่เป็นขาที่ยึดที่สัมผัสพื้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ ไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร และชาตังส่วนที่ยึดแต่ละด้านมีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร
๓. ชาตังต้องมีความคงทนไม่ล้มง่ายโดยขาที่ยึดที่สัมผัสพื้นต้องมีไม่น้อยกว่า ๓ ขา สามารถล๊อคตายในระดับที่ต้องการ และสามารถปรับระดับได้พร้อมพับเก็บได้
๔. ตู้ใส่ถังเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายมีหลังคาปิดทึบ ทำจากวัสดุที่เป็นสแตนเลสหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือมีคุณภาพดีกว่า และมีความหนาของวัสดุไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
๕. ตัวตู้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
 - ๕.๑ ส่วนที่ปกปิดถังไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงปิดทึบทั้ง ๔ ด้าน มีความสูงประมาณ ๓๓๐ มิลลิเมตร กว้างประมาณ ๓๐๐ มิลลิเมตร มีบานประตูเปิดและปิดได้หนึ่งด้าน บริเวณประตูมีจุดสำหรับล็อกกุญแจ (ประตู) พร้อมมือจับ
 - ๕.๒ ส่วนที่อากาศไหลเวียนได้สะดวกทั้ง ๔ ด้านมีความสูงจากจุดปิดทึบถึงหลังคาประมาณ ๓๒๐ มิลลิเมตร ทั้งสองส่วนมีความสูง รวมประมาณ ๖๕๐ มิลลิเมตร
๖. ตัวตู้มีหนึ่งด้านที่สามารถเปิดปิดเพื่อใช้ใส่อุปกรณ์ถึงเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย และมีจุดสำหรับล็อกกุญแจได้
๗. ชาตังกับตัวตู้สามารถประกอบ และถอดเก็บได้สะดวกมีความคงทน ง่ายต่อการใช้งาน และเหมาะกับการใช้งานภาคสนาม
๘. โซ่ สำหรับล็อกชาตัง ทำจากวัสดุที่เป็นสแตนเลสหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือมีคุณภาพดีกว่า สามารถป้องกันการเกิดสนิมได้ และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร

อุปกรณ์ประกอบ



๑. ประแจปากตายขนาด 9/16 นิ้ว และ 7/16 นิ้ว จำนวน ๕ ชุด
๒. กุญแจสำหรับล็อกและโซ่ จำนวน ๕ ชุด
๓. ชุดแถบกันพื้นที่และกรวยยางสะท้อนแสงสำหรับวางรอบๆ ชุดชาตัง โดย ๑ ชุดประกอบด้วย กรวยยางจำนวน ๔ อัน และแถบกันพื้นที่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร จำนวน ๕ ชุด



ขาตั้ง ส่วนที่เป็นแกนกลาง
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 60 มม.

ตู้ใส่สิ่งเก็บตัวอย่าง ทำจากวัสดุที่มีความหนา
ไม่น้อยกว่า 3 มม.

-- ขาตั้ง ส่วนเสาค้ำยันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 40 มม.
และมีความยาวขาจะไม่น้อยกว่า 900 มม.



300.0
330.0 320.0 650.0
1200.0