



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

ที่ ๒๔ /๒๕๕๙

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/Ms) แบบเคลื่อนที่ จังหวัดระยอง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมควบคุมมลพิษ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๙

.....ระหว่างเวลา...๐๘.๓๐.....น. ถึง.....๑๖.๓๐.....น.

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ - ๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pcd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๘-๒๐๒๘, ๒๓๘๐, ๒๓๘๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการทหารปืนพลา

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/Ms)
แบบเคลื่อนที่ จังหวัดระยอง จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) หรือสารเคมีอันตรายอื่น ๆ โดยการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ แบบเคลื่อนที่ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ภาคสนามได้สะดวก สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งอากาศ ดิน และของเหลว

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ แก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) มีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑.๑ ระบบการแยกสารด้วย Capillary column สามารถตั้งอุณหภูมิที่ Capillary column ได้สูงถึง ๒๔๐ องศาเซลเซียส หรือดีกว่าและสามารถตั้งโปรแกรมอุณหภูมิของ Capillary column ได้
- ๒.๑.๒ สามารถติดตั้ง capillary column ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ได้
- ๒.๑.๓ การควบคุมอัตราการไหลของแก๊สตัวพา (Carrier gas) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๑.๔ แก๊สตัวพา (Carrier gas) ใช้แก๊สฮีเลียมหรือแก๊สไนโตรเจน
- ๒.๑.๕ มีส่วนฉีดสารเป็นแบบ Split/Splitless Injection Port ที่สามารถฉีดสารตัวอย่างได้ด้วย SPME Syringe โดยมี SPME fiber ที่สามารถดูดซับสารตัวอย่างด้วยเทคนิค Headspace สำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) หรือใช้วิธีการจุ่ม SPME fiber ลงในสารละลายตัวอย่างเพื่อดูดซับตัวอย่าง และสามารถนำ SPME Syringe ฉีดเข้าเครื่อง GCMS ได้โดยตรง
- ๒.๑.๖ มีชุดดูดซับตัวอย่างแก๊สชนิดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่สามารถพกพาได้สะดวกในการใช้งานในภาคสนาม และสามารถฉีดเข้าเครื่อง GCMS ได้โดยตรง

๒.๒ แมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) มีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๒.๑ ส่วนการวิเคราะห์แมสสเปกโตรมิเตอร์เป็นแบบ Ion Trap หรือ Quadrupole
- ๒.๒.๒ สามารถทำการวิเคราะห์มวลสารได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๔๕-๔๐๐ m/z หรือดีกว่า
- ๒.๒.๓ เทคนิคในการทำให้สารตัวอย่างแตกตัวเป็นไอออนเป็นแบบ Electron Impact Ionization
- ๒.๒.๔ ส่วนตรวจวัดไอออนของสารตัวอย่างเป็นแบบ Electron Multiplier
- ๒.๒.๕ มีระบบปั๊มสุญญากาศ เพื่อสร้างบรรยากาศภายในเครื่องให้เป็นสุญญากาศ

๒.๓ มีค่าความสามารถในการแยกมวลสาร (Resolution) ไม่เกิน ๐.๕ m/z

๒.๔ ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา สามารถหิ้วหรือพกพาไปใช้งานในพื้นที่ภาคสนามได้โดยสะดวก

๒.๕ สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ ๕- ๔๐ องศาเซลเซียส หรือดีกว่า

๒.๖ สามารถทำงานโดยใช้ไฟกระแสตรงจากแบตเตอรี่ (Battery Volt DC) หรือสามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด ๒๒๐-๒๔๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ เฮิร์ต และมีระบบสำรองไฟที่ทำให้ สามารถนำเครื่องไปใช้งานในพื้นที่ภาคสนามไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

๒.๗ ควบคุมการทำงานและประมวลผลวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถสร้าง Method Development และสร้างฐานข้อมูล (User define Library Development) พร้อมทั้งสามารถเปรียบเทียบ mass spectra ของสารตัวอย่างกับ Library database ได้

๒.๘ มีระบบประมวลผล ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๘.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง ชนิด Core i๕ ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz

๒.๘.๒ มีฮาร์ดดิสก์ ไม่น้อยกว่า ๑ TB และมีชุด DVD-RW

๒.๘.๓ หน่วยความจำ ชั่วคราวไม่น้อยกว่า ๒ GB RAM

๒.๘.๔ จอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว

๒.๘.๕ เครื่องพิมพ์ผลเป็นชนิด Color Laser Printer

- ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า ๑๗ แผ่นต่อนาที
- ความเร็วในการพิมพ์ สี ไม่น้อยกว่า ๔ แผ่นต่อนาที
- มีความละเอียด (Resolution) ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi
- มีหน่วยความจำ (Memory) ไม่น้อยกว่า ๖๔ MB DRAM

๓. อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุสิ้นเปลือง ประกอบด้วย

๓.๑	ปั๊มขนาดเล็กสำหรับดูดตัวอย่างแก๊ส (Air Sampling pump)	จำนวน ๑ ชุด
	- สามารถควบคุมอัตราการไหลของอากาศได้ในช่วง ๐.๕ ถึง ๓.๐ ลิตรต่อนาที - สามารถกำหนดการทำงานได้หลายแบบทั้ง manual หรือการทำงานแบบอัตโนมัติ - สามารถกำหนดการเก็บตัวอย่างแก๊สตามปริมาตรที่ต้องการได้อัตโนมัติ - มี Rechargeable battery ที่สามารถใช้ได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง	
๓.๒	ถุงเก็บแก๊สพร้อมวาล์วเปิด-ปิด (Tedlar bag) ขนาด ๓ ลิตร	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ใบ
๓.๓	ถังเก็บตัวอย่างอากาศ (Canister) ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย	
	ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร มีวาล์วเปิด-ปิด ตัวถังทำด้วยสแตนเลส	
	ภายในเคลือบด้วย Silonite	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
๓.๔	ขวดใส่ตัวอย่าง พร้อมฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิลิตร	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ขวด
๓.๕	Mininert vale for ๒๐ mm screw cap ๑๒ ชิ้นต่อชุด	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
๓.๖	ถังบรรจุแก๊สฮีเลียม หรือ แก๊สไนโตรเจน สำหรับใช้งานในภาคสนาม	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ถัง
๓.๗	มาตรวัดความดันแบบสแตนเลส	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๓.๘	สารมาตรฐาน (calibration standard)	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๓.๙	ชุดฉีดสารตัวอย่างแบบ SPME syringe	จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด
๓.๑๐	SPME fiber (ชุดละ ๓ ชิ้น)	จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด
๓.๑๑	ชุดดูดซับแก๊สตัวอย่าง	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
๓.๑๒	GC Injector liner deactivate	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๓.๑๓	Seal for Injector	จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชิ้น

๓.๑๔ Filament Assembly	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๓.๑๕ Detector alignment tool	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๓.๑๖ Spare O-ring kit	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๓.๑๗ Battery สำรอง พร้อมอุปกรณ์ชาร์ตไฟ	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๓.๑๘ Vial containing quartz standard	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๓.๑๙ Paper air filter	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๔. การทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์

ผู้เสนอราคา/ผู้ขาย ต้องทำการตรวจสอบใช้งานเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS) แบบเคลื่อนที่ และระบบการทำงานของเครื่องมือตรวจวัดต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง โดยมีข้อมูลการตรวจวัดที่ถูกต้องแม่นยำในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน ก่อนการส่งมอบ โดยกรมควบคุมมลพิษ จะเป็นผู้กำหนดพื้นที่ในการทดสอบ

๕. การรับประกัน

๕.๑ ผู้เสนอราคา/ผู้ขาย ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานของเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS) แบบเคลื่อนที่ พร้อมอะไหล่เป็นระยะเวลาประกันอย่างน้อย ๒ ปี หลังจากกรมควบคุมมลพิษได้รับมอบเครื่องมือ โดยไม่คิดค่าบริการ

๕.๒ ทำการ Calibrated เครื่อง GCMS และตรวจสอบสภาพเครื่อง พร้อมด้วยการบำรุงรักษาเครื่อง GCMS ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๕.๓ หากมีการชำรุดหรือขัดข้องต้องทำการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษ

๖. การส่งมอบงาน

๖.๑ ผู้เสนอราคา/ผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS) แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้ทำสัญญากับกรมควบคุมมลพิษ

๖.๒ คู่มือการใช้งานของเครื่องมือ User Manual & Quick start Guide) ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด ฉบับภาษาไทย จำนวน ๑๐ เล่ม

๖.๓ จัดการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้มีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน จนกว่าเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

๗. การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยเมื่อผู้ขายส่งมอบเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry

(GC/MS) แบบเคลื่อนที่ ตามรายการและจำนวนตามข้อ ๒ และ ๓ พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้วและได้รับหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ

๘. การจัดทำข้อเสนอ

การยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำข้อเสนอภาษาไทย ส่งมายังกรมควบคุมมลพิษโดยจัดทำข้อเสนอทางเทคนิค ซึ่งต้องมีรายละเอียดไม่น้อยกว่ารายละเอียดตามข้อ ๘.๑ – ๘.๘ ดังนี้

๘.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ

๘.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้บัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญ

๘.๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘.๔ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

๘.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการจำหน่ายเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS) ทั้งนี้ให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ความพร้อมบุคลากรในการดูแล ซ่อมบำรุง ที่จะให้บริการภายหลังการขายหรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการดำเนินงานของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา

๘.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องแสดงผลงานเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย การซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS) แบบเคลื่อนที่ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๘.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแบบ แคตตาล็อก และรายละเอียดของเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS) ซึ่งมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษทุกรายการให้เพียงพอที่จะพิจารณาถึงลักษณะและคุณสมบัติของของเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS) แบบเคลื่อนที่ ตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ ถ้ามีเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS) แบบเคลื่อนที่ ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเครื่องวิเคราะห์สารเคมีฯ ยี่ห้อใดรุ่นใด อาจมีผลทำให้เกิดความเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๘.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอแผนการดำเนินงานในการดูแล ตรวจสอบ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมืออุปกรณ์ในระยะเวลาครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้

๘.๘.๑ นำเสนอประสบการณ์ในการดูแลตรวจเช็ค ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และปรับแต่งเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS)

๘.๘.๒ จะต้องมีการเจ้าหน้าที่หลักรับผิดชอบในการดูแลตรวจเช็ค ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS) แบบเคลื่อนที่ และต้องมีใบรับรองได้ว่าได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าว และมีประสบการณ์อย่างน้อย ๒ ปี

๙. การพิจารณาคัดเลือก

๙.๑ กรมควบคุมมลพิษจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ๑ ชุด เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๙.๒ กรมควบคุมมลพิษจะพิจารณาซองข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นอันดับแรก ซึ่งซองข้อเสนอทางเทคนิคต้องมีรายละเอียดไม่น้อยกว่ารายละเอียดตามข้อ ๘

๙.๓ กรมควบคุมมลพิษขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายครั้งนี้ หากปรากฏว่าการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด หรือเมื่อกรมควบคุมมลพิษพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดซื้อในครั้งนี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเท่าที่ควร ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการนี้ กรมควบคุมมลพิษจะไม่รับผิดชอบผู้เสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๙.๔ กรมควบคุมมลพิษขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้ หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการนี้ กรมควบคุมมลพิษจะไม่รับผิดชอบผู้เสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐. การควบคุมงาน

กรมควบคุมมลพิษ จะแต่งตั้งกรรมการขึ้น ๑ ชุด คือ กรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับงานจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS) แบบเคลื่อนที่

๑๑. การรักษาข้อมูล

ผู้ขายจะต้องไม่มอบเอกสารและข้อมูลที่ได้จัดเตรียมให้แก่ผู้ใด หรือนำข้อมูลจากการดำเนินงานครั้งนี้ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กรมควบคุมมลพิษ

๑๒. กรรมสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสาร

เอกสาร ข้อมูล ฐานข้อมูลและ/หรือซอฟต์แวร์ รวม Source Code และสิ่งอื่นใดที่เป็นผลจากการดำเนินงานในครั้งนี เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้กรมควบคุมมลพิษ

๑๓. งบประมาณโครงการ

งบประมาณสำหรับการจัดซื้อในครั้งนี เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)