

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายอนุสรณ์ บุญกวิน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีคิวเมนต์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๗/๔๘ ซอยลาดพร้าว ๑๒๔ (สวัสดิการ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยนางพนม อำมาตย์มณี กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓/และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓/แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการ กายภาพบำบัดเพื่อผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๕,๒๓๓.๖๔ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบสามบาท หกสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๖

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบ แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ,แค็ตตาล็อก จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า
- ๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ,แค็ตตาล็อก จำนวน ๙ (เก้า) หน้า
- ๓.๓ ผนวก ๓ รายการคุณลักษณะเฉพาะ,แค็ตตาล็อก จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า
- ๓.๔ ผนวก ๔ รายการคุณลักษณะเฉพาะ,แค็ตตาล็อก จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๓.๕ ผนวก ๕ รายการคุณลักษณะเฉพาะ,แค็ตตาล็อก จำนวน ๒๘ (ยี่สิบแปด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน), เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการกายภาพบำบัดเพื่อผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน ๘ รายการฯ เมื่อได้ส่งมอบของครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ /

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิ

ที่จะทำหรือนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำหรือนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อที่มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำหรือนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำหรือนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อที่มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) /ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดเชยราคาที่สูงขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๔ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญา เป็นสิ่งของผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย


ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายอนุสรณ์ บุญกวิน)



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายวุฒิชัย เฉลิมพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจรรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภาพร สามพรานไพบุลย์)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๒๗๒๗๐๘๓๙

เลขคู่สัญญา ๖๓๐๔๐๑๐๐๘๔๕๕

รายละเอียดแนบท้าย สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๔/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อสำหรับใช้ในโครงการกายภาพบำบัด
เพื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ รุ่น ELTRAC ๔๗๑

จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๗๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
มีคุณลักษณะ ดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองกระดูกสันหลัง ข้อต่อหลัง
กล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้อต้นคอ หมอนรองกระดูก และกระดูกต้นคอ

๑.๒ คุณสมบัติทั่วไป

๑.๒.๑ ใช้กับไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๑.๒.๒ เป็นเครื่องที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์มี Self Test
ขณะเปิดเครื่องทุกครั้ง

๑.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค

๑.๓.๑ สามารถเลือกรูปแบบการดึงเพื่อการรักษาได้อย่างน้อย ๕ ลักษณะ คือ

- แบบคงที่ (Static traction)
- แบบเป็นจังหวะ (Intermittent traction)
- แบบโปรเกรสซีฟ (Progressive)
- แบบรีเกรสซีฟ (Regressive)
- แบบไซคลิก (Cyclic)

๑.๓.๒ สามารถเลือกหน่วยของน้ำหนักในการดึงได้เป็นกิโลกรัม, นิวตัน
หรือปอนด์ได้

๑.๓.๓ สามารถตั้งแรงดึงได้สูงสุด ๙๐๐ N (๙๐ Kg.) และสามารถตั้งแรงดึง
ได้ต่ำสุด ๑๕ N (๑.๕ Kg.) พร้อมสามารถเลือกตั้งจากเปอร์เซ็นต์
น้ำหนักตัวได้

๑.๓.๔ สามารถตั้งเวลาหน่วงการดึงและคลายได้แยกจากกันได้อย่างน้อย
๑ วินาที ถึง ๕๙ นาที

๑.๓.๕ มีระบบเตือนใช้เมื่อแรงดึงด้วยน้ำหนักสูงเกิน ๒๐ กิโลกรัม

๑.๓.๖ มีโปรแกรมการรักษา (Protocol) แนะนำ ข้อมูลการรักษาในเชิงคลินิก
พร้อมมีรูปภาพแสดง

๑.๓.๗ สามารถใช้งานได้ ๓ โหมด คือ จากโปรแกรมรักษา (Protocol)
จากโปรแกรมรักษา (Favorite) และปรับค่าเอง (Manual)

๑.๓.๘ มีสวิตช์หยุดการทำงานสำหรับคนไข้แบบใช้สาย

๑.๔ คุณสมบัติทั่วไปของเตียง

- ๑.๔.๑ ตัวเตียงแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนบนรองรับศีรษะและลำตัว และส่วนล่างรองรับสะโพกและขา สามารถปรับเลื่อนแยกออกจากกันได้
- ๑.๔.๒ ขนาดของเตียง (กว้างxยาว) ประมาณ ๖๗x๑๙๕ ซม. พร้อมเบาะนอน
- ๑.๔.๓ สามารถปรับความสูง-ต่ำ ของเตียงได้ โดยใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
- ๑.๔.๔ มอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลัง ๘,๐๐๐ นิวตัน (Force Electrical Motor) สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด ๒๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๔.๕ สามารถปรับมุมระหว่างส่วนรองรับศีรษะขึ้นได้ประมาณ ๗๐ องศา
- ๑.๔.๖ มีล้อ ๔ ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย และสามารถล็อกให้อยู่กับที่ได้ด้วยระบบขาพิเศษ ๔ ขา
- ๑.๔.๗ ฐานเตียงด้านล่าง ๒ ข้าง มีแผ่นปิดกันยาวตลอด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะปรับความสูง-ต่ำของตัวเตียง
- ๑.๔.๘ เก้าอี้รองรับขาสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ แยกกันสองข้างได้
- ๑.๔.๙ เตียงทำจากสแตนเลสพ่นสี พร้อมเบาะรองนอน

๑.๕ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | | |
|--|---|------|
| ๑.๕.๑ ชุดเตียงพร้อมเหล็กแขน | ๑ | ชุด |
| ๑.๕.๒ ชุดเตียงหลัง (อกและเอว) | ๑ | ชุด |
| ๑.๕.๓ สวิตช์ฉุกเฉินหยุดการทำงาน | ๑ | ชุด |
| ๑.๕.๔ แท่นวางเครื่องพร้อมน็อตยึดแท่นวางเครื่อง | ๑ | ชุด |
| ๑.๕.๕ หมอนกลมสำหรับรองคอพร้อมปลอก | ๑ | ชุด |
| ๑.๕.๖ เชือกพร้อมตะขอต่อจากเครื่อง | ๑ | ชุด |
| ๑.๕.๗ สายไฟ | ๑ | เส้น |
| ๑.๕.๘ เก้าอี้รองรับขาแบบปรับระดับสูง-ต่ำ
โดยอาจแยกกันสองข้างได้ | ๑ | ตัว |
| ๑.๕.๙ อุปกรณ์สำรองไฟ | ๑ | ชุด |

๑.๖ เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑.๖.๑ มีคู่มือการใช้เครื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
- ๑.๖.๒ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รับประกัน ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า และมีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก ๖ เดือน ในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ ผู้ขายต้องแจ้งแผนการบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องในระยะประกันให้คณะกรรมการตกลงราคาทราบ โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคาด้วย

- ๑.๖.๓ ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน
- ๑.๖.๔ หลังส่งมอบแล้ว ทางผู้ขายจะต้องมีการสอนการใช้งานให้กับผู้ใช้งานภายใน ๓๐ วัน หรือจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี นับจากวันที่ส่งมอบ
- ๑.๖.๕ มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
- ๑.๖.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์

๒. เครื่องอบความร้อนแบบคลื่นสั้น รุ่น CURAPULS ๙๗๐ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๗๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีคุณลักษณะ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับใช้ในการบำบัดผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดเพื่อลดปวด เช่น การช่อมแซมเนื้อเยื่อและกระดูกที่ได้รับบาดเจ็บ

๒.๒ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๒.๑ ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๒.๒.๒ มีล้อเข็นเคลื่อนที่ได้โดยสะดวก และมีที่ล้อคล้อให้หยุดอยู่กับที่เมื่อต้องการ

๒.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๓.๑ เป็นเครื่องกำเนิดคลื่นสั้น โดยมีความถี่ ๒๗.๑๒ เมกะเฮิร์ตซ์

๒.๓.๒ สามารถให้กำเนิดคลื่นได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

๒.๓.๒.๑ คลื่นแบบต่อเนื่อง (Continuous Shortwave therapy)

มีกำลังส่งสูงสุด ๔๐๐ วัตต์

๒.๓.๒.๒ คลื่นแบบเป็นช่วงๆ (Pulsed Shortwave therapy)

สามารถปรับความถี่ได้ ๑๐ ระดับ ตั้งแต่ ๑๕-๒๐๐ เฮิร์ตซ์

๒.๓.๓ ตั้งเวลาให้การรักษาได้ ๐-๓๐ นาที

๒.๓.๔ มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยผู้ใช้งานต้องปรับให้พลังงานมาที่ระดับ ๐ ก่อนทุกครั้ง เมื่อต้องการเปลี่ยนคลื่นเพื่อเริ่มต้นการรักษา

๒.๓.๕ มีสัญญาณแสดงระดับความเข้มที่ใช้ โดยแสดงเป็นแถบแสง

๒.๓.๖ มีระบบหยุดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องมากเกินไป หรือเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

๒.๓.๗ แขนยึดอิเล็กโทรด มีข้อต่อที่ปรับได้สะดวก สามารถปรับได้ ๔ จุด

๒.๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๒.๔.๑	แขนยึดอิเล็กโทรด แบบปรับยึด-หดได้	๒	อัน
๒.๔.๒	อิเล็กโทรดชนิดแข็ง (Disc Electrode)	๒	อัน
๒.๔.๓	สายต่อ electrode	๒	เส้น
๒.๔.๔	หลอดไฟทดสอบ	๑	อัน
๒.๔.๕	อิเล็กโทรดชนิดปรับแคบ-กว้างได้	๑	อัน
๒.๔.๖	เตียงไม้เตี้ย	๑	เตียง
๒.๔.๗	เก้าอี้ไม้	๑	ตัว
๒.๔.๘	ม้ารองขา	๑	ตัว

๒.๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๒.๕.๑ มีคู่มือการใช้เครื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
- ๒.๕.๒ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รับประกัน ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า และมีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก ๖ เดือน ในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ ผู้ขายต้องแจ้งแผนการบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องในระยะประกันให้คณะกรรมการตกลงราคาทราบ โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคาด้วย
- ๒.๕.๓ ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน
- ๒.๕.๔ หลังส่งมอบแล้ว ทางผู้ขายจะต้องมีการสอนการใช้งานให้กับผู้ใช้งานภายใน ๓๐ วัน หรือจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี นับจากวันที่ส่งมอบ
- ๒.๕.๕ มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
- ๒.๕.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์

๓. หม้อต้มแผ่นความร้อน รุ่น PACKHEATER ๖๐๑๒S จำนวน ๑ หม้อ
เป็นเงิน ๙๕,๕๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีคุณลักษณะ ดังนี้

๓.๑. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ต้มแผ่นให้ความร้อนต้นในการบำบัดรักษาเพื่อลดอาการปวด และเพิ่มการไหลเวียนโลหิต

๓.๒. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๒.๑ เป็นหม้อต้มแผ่นให้ความร้อนต้นในการบำบัดรักษา
- ๓.๒.๒ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๓.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๓.๓.๑ มีสวิตช์เปิด-ปิด พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิทัล
- ๓.๓.๒ ตัวทำความร้อนมีพลังงาน ๑,๘๐๐ วัตต์
- ๓.๓.๓ มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง ๓๐-๔๐ องศาเซลเซียสด้วยระบบดิจิทัล
- ๓.๓.๔ ชูตป้องกันและแสดงความไม่เสถียรของแหล่งจ่ายไฟ
- ๓.๓.๔.๑ มีปุ่มกดสำหรับทดสอบ (Test) ระบบการทำงานการจ่ายกระแสไฟที่ปลั๊กจ่ายไฟ โดยมีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟชนิด LED เพื่อยืนยันสถานะของแหล่งไฟ
- ๓.๓.๔.๒ มีสัญญาณไฟ LED แสดงเมื่อเกิดไฟเกิน ไฟตก การจ่ายไฟและช่วงเวลา
- ๓.๓.๔.๓ มีระบบ Auto restart โดยสามารถตั้งการหน่วงเวลาก่อนจ่ายไฟได้ ๒ ช่วงเวลา คือ ไม่เกิน ๕ วินาที และ ๑ นาที เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของกระแสไฟ
- ๓.๓.๔.๔ มีหน้าปัดแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าซึ่งวัดจากแหล่งจ่ายไฟแบบ Real time
- ๓.๓.๔.๕ ตัวเครื่องมีความไวในการตรวจจับปัญหาไฟตก ไฟเกิน ไม่เกิน ๑ วินาที
- ๓.๓.๕ ระบบทำความร้อนทำจากสแตนเลสสตีล เป็นแบบฝังลงในหม้อต้ม และตัวทำความร้อนไม่สัมผัสกับน้ำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ๓.๓.๖ ภายในตัวถังมีตะแกรงสแตนเลส (Storage rack) ที่สามารถยกถอดออกได้ โดยแบ่งเป็นช่องสำหรับวางแผ่นให้ความร้อน จำนวน ๑๒ แผ่น และมีทางระบายน้ำออก
- ๓.๓.๗ ความจุของถัง ๖๐ ลิตร และมีทางระบายน้ำออก
- ๓.๓.๘ มีล้อเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกพร้อมที่ล็อคล้อสำหรับหยุดอยู่กับที่
- ๓.๓.๙ ตัวถังมี ๒ ชั้นทั้งสองชั้นทำด้วยสแตนเลสอย่างดี พร้อมทั้งมีฉนวนกันความร้อน

๓.๔ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | | | |
|-------|---|---|------|
| ๓.๔.๑ | ตะแกรงสแตนเลส | ๑ | ชุด |
| ๓.๔.๒ | ตะขอเกี่ยวแผ่นประคบร้อน | ๑ | อัน |
| ๓.๔.๓ | แผ่นประคบร้อนขนาดมาตรฐาน (Hotpack, standard size) | ๘ | แผ่น |
| ๓.๔.๔ | แผ่นประคบร้อนสำหรับคอ (Hotpack, neck size) | ๒ | แผ่น |

๓.๔.๕ แผ่นประคบร้อนสำหรับหลัง ๒ แผ่น
(Hotpack, over size)

๓.๔.๖ ชุดป้องกันและแสดงความไม่เสถียรของแหล่งจ่ายไฟ ๑ เครื่อง

๓.๕ เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๕.๑ มีคู่มือการใช้เครื่องภาษาไทย ๑ ชุด

๓.๕.๒ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รับประกัน ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า และมีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก ๖ เดือน ในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ ผู้ขายต้องแจ้งแผนการบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องในระยะประกันให้คณะกรรมการตกลงราคาทราบ โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคาด้วย

๓.๕.๓ ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน

๓.๕.๔ หลังส่งมอบแล้ว ทางผู้ขายจะต้องมีการสอนการใช้งานให้กับผู้ใช้งานภายใน ๓๐ วัน หรือจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี นับจากวันที่ส่งมอบ

๓.๕.๕ มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

๓.๔.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

๔. ชุดถุงทราย ขนาด ๐.๕-๓.๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท

(หกพันบาทถ้วน)

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑ เม็ดเหล็กขนาดเล็กบรรจุอยู่ในถุงหนังเทียม

๔.๑.๒ ติดข้อมือหรือเท้าด้วยผ้าเวลโคร

๔.๑.๓ มีขนาดต่างๆ ให้เลือก ดังนี้ (อย่างละ ๑ คู่)

- ขนาด ๐.๕ กก.
- ขนาด ๑.๐ กก.
- ขนาด ๑.๕ กก.
- ขนาด ๒.๐ กก.
- ขนาด ๒.๕ กก.
- ขนาด ๓.๐ กก.

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๒.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รับประกัน ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า และมีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก ๖ เดือน ในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ ผู้ขายต้องแจ้งแผนการบริการโดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคาด้วย
- ๔.๒.๒ ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน
- ๔.๒.๓ หลังส่งมอบแล้ว ทางผู้ขายจะต้องมีการสอนการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ภายใน ๓๐ วัน หรือจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนับจากวันที่ส่งมอบ
- ๔.๒.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

๕. หม้อแช่พาราฟินพร้อมอุปกรณ์ รุ่น Pb.๗D จำนวน ๑ หม้อ เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) มีคุณลักษณะ ดังนี้

๕.๑ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ต้มพาราฟินสำหรับแช่มือ เท้า ในผู้ป่วยที่มีปัญหาของกล้ามเนื้อ เอ็นของฝ่ามือ ฝ่าเท้า

๕.๒ คุณสมบัติทั่วไป

- ๕.๒.๑ เป็นหม้อต้มพาราฟินสำหรับแช่มือ และเท้า ใช้ในผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด
- ๕.๒.๒ เป็นหม้อทรงสี่เหลี่ยมสองชั้น หม้อภายนอกทำด้วยเหล็กพ่นสี หม้อภายในทำด้วยสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม มีฝาปิด-เปิดด้วยสแตนเลส
- ๕.๒.๓ ขนาดความจุ ๕ ลิตร
- ๕.๒.๔ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๕.๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๕.๓.๑ มีสวิตช์ เปิด-ปิด พร้อมสัญญาณไฟแสดง
- ๕.๓.๒ มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง ๓๐-๔๐ องศาเซลเซียส ด้วยระบบดิจิตอล
- ๕.๓.๓ มีช่องเติมน้ำ พร้อมส่วนแสดงระดับน้ำ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ๕.๓.๔ มีช่องระบายน้ำสำหรับการทำความสะอาด
- ๕.๓.๕ อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า ๘๐๐ วัตต์

๕.๔ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๕.๔.๑ พาราฟินชนิดพิเศษ ไม่ต้องผสมน้ำมัน จำนวน ๑๑ ปอนด์
- ๕.๔.๒ ขาดังวางหม้อแช่พาราฟิน จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๔.๓ อุปกรณ์ดักไขพาราฟิน พร้อมกะละมัง จำนวน ๑ ชุด

๕.๕ เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๕.๑ มีคู่มือการใช้เครื่องภาษาไทย ๑ ชุด
- ๕.๕.๒ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รับประกัน ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า และมีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก ๖ เดือน ในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ ผู้ขายต้องแจ้งแผนการบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องในระยะเวลาประกันให้คณะกรรมการตกลงราคาทราบ โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคาด้วย
- ๕.๕.๓ ในระยะเวลาประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน
- ๕.๕.๔ หลังส่งมอบแล้ว ทางผู้ขายจะต้องมีการสอนการใช้งานให้กับผู้ใช้งานภายใน ๓๐ วัน หรือจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี นับจากวันที่ส่งมอบ
- ๕.๕.๕ มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
- ๕.๕.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

๖. ชุดออกกำลังกายโดยวิธีการแขวนและการพุงแบบพิเศษ จำนวน ๑ ชุด
เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีคุณลักษณะ ดังนี้

๖.๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการออกกำลังกายแขวนและขาอยู่กับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้พิการ หรือผู้ป่วยอ่อนแรงแขวนและขา เป็นต้น โดยมีอุปกรณ์แขวน พุงอวัยวะส่วนที่ต้องการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย

๖.๒. คุณสมบัติทั่วไป

- ๖.๒.๑ โครงเหล็กสำหรับแขวนทำด้วยท่อเหล็กกลมเคลือบสีผงอีพ็อกซี่อบแข็ง
- ๖.๒.๒ มีตาข่ายบนเพดาน ห้วนอน ปลายเท้าด้านบน
- ๖.๒.๓ แผงตาข่ายด้านข้างหนึ่งแผงแบบถอดได้
- ๖.๒.๔ ขนาดความยาวxสูง ประมาณ ๒๒๐x๑๙๐ ซม.
- ๖.๒.๕ ความกว้างของฐาน ประมาณ ๑๐๕ ซม.
- ๖.๒.๖ ความกว้างของส่วนเพดาน ประมาณ ๕๕ ซม.

๖.๒.๗ เตียงทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาน้ำมัน

๖.๒.๘ พื้นเตียงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมหนาประมาณ ๒ นิ้ว ขนาด กว้างxยาวxสูง ประมาณ ๑๐๐x๒๐๐x๕๐ ซม.

๖.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๖.๓.๑	สายสลิง	๑๒	เส้นๆ ละ ๒ เมตร
๖.๓.๒	ผ้าพุงลำตัว	๒	ผืน (๑๑x๒๗ นิ้ว)
๖.๓.๓	ผ้าพุงขา	๖	ผืน (๖x๒๖ นิ้ว)
๖.๓.๔	ผ้าพุงศีรษะ	๒	ผืน (๘x๒๐ นิ้ว)
๖.๓.๕	ผ้าสามห่วง	๔	เส้น (๑๑/๒ x๓๖ นิ้ว)
๖.๓.๖	สปริง	๒	ชุด

(ขนาด ๑๐-๒๐, ๒๑-๓๐, ๓๑-๔๐ และ ๔๑-๕๐ ปอนด์)

๖.๓.๗ ตะขอรูปตัวเอส ๑๒ ตัว

๖.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๔.๑ มีคู่มือการใช้เครื่องภาษาไทย ๑ ชุด

๖.๔.๒ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รับประกัน ๑ ปี พร้อมบริการ อะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า และมีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก ๖ เดือน ในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ ผู้ขายต้องแจ้งแผนการบริการตรวจเช็ค สภาพเครื่องในระยะประกันให้คณะกรรมการตกลงราคาทราบ โดยยื่น พร้อมเอกสารเสนอราคาด้วย

๖.๔.๓ ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้ งานปกติผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้วยังไม่สามารถ ใช้งานได้ จะต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า และ ค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน

๖.๔.๔ หลังส่งมอบแล้ว ทางผู้ขายจะต้องมีการสอนการใช้งานให้กับ ผู้ใช้งานภายใน ๓๐ วัน หรือจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี นับจาก วันที่ส่งมอบ

๖.๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

๗. เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ พร้อมอุปกรณ์ รุ่น SONOPULS ๑๙๐ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีคุณลักษณะ ดังนี้

๗.๑ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับใช้ในการบำบัดผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดเพื่อลดปวดกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อจากการใช้งาน, ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ, เพิ่มการไหลเวียนโลหิต และช่วยให้เกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

๗.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

- ๗.๒.๑ มีหน้าจอระบบสัมผัสแสดงผลชนิด TFT สามารถอ่านค่าตัวแปรต่างๆ รวมทั้งเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกและชัดเจน
- ๗.๒.๒ ความถี่ของอัลตราซาวด์ ๑ และ ๓ เมกะเฮิร์ตซ์ และมีช่องต่ออัลตราซาวด์ได้ ๒ ช่อง
- ๗.๒.๓ ความเข้มของคลื่นอัลตราซาวด์ (Intensity) มีหน่วยเป็นวัตต์ (W)และวัตต์/ตารางเซนติเมตร (W/cm^2)
- ๗.๒.๔ สามารถตั้งเวลาการรักษาได้ ๐-๓๐ นาที
- ๗.๒.๕ สามารถให้การรักษาได้ทั้งแบบช่วง และแบบต่อเนื่อง ดังนี้
- คลื่นอัลตราซาวด์แบบต่อเนื่องสามารถปรับความเข้มของคลื่นอัลตราซาวด์ได้ในช่วง ๐-๒ วัตต์/ตารางเซนติเมตร
 - คลื่นอัลตราซาวด์แบบช่วงสามารถเลือกคิวตี้ไซเคิลได้ ๕, ๑๐, ๒๐, ๓๓, ๕๐% สามารถปรับความเข้มของคลื่นอัลตราซาวด์ได้ในช่วง ๐-๓ วัตต์/ตารางเซนติเมตร
 - คลื่นอัลตราซาวด์แบบช่วงสามารถเลือกคิวตี้ไซเคิลได้ ๘๐% สามารถปรับความเข้มของคลื่นอัลตราซาวด์ได้ในช่วง ๐-๒.๕ วัตต์/ตารางเซนติเมตร
- ๗.๒.๖ ขณะทำการรักษาสามารถปรับความเข้มได้โดยไม่ต้องกดหยุดการรักษาชั่วคราว
- ๗.๒.๗ สัญญาณตัดการปล่อยคลื่นอัตโนมัติเมื่อผิวสัมผัสน้อยกว่า ๖๕% โดยเวลาจะหยุดลงและไฟเตือนจะสว่างขึ้นที่หัวอัลตราซาวด์

๗.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | | | |
|-------|--|---|------|
| ๗.๓.๑ | Multi frequency treatment head large | ๑ | หัว |
| ๗.๓.๒ | Holder for treatment head | ๑ | อัน |
| ๗.๓.๓ | Contact-gel, (๒๕๐ ml) | ๑ | ขวด |
| ๗.๓.๔ | Mains cable, EUR | ๑ | เส้น |
| ๗.๓.๕ | รถเข็นสแตนเลสสำหรับวางเครื่องพร้อมลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ | ๑ | คัน |
| ๗.๓.๖ | เก้าอี้บุวมมีพนักพิงและที่วางแขนมีล้อเคลื่อนที่ได้ | ๑ | ตัว |

๗.๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๗.๔.๑ มีคู่มือการใช้เครื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
- ๗.๔.๒ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รับประกัน ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า และมีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก ๖ เดือน ในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ ผู้ขายต้องแจ้งแผนการบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องในระยะประกันให้คณะกรรมการตกลงราคาทราบ โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคาด้วย

- ๗.๔.๓ ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน
- ๗.๔.๔ หลังส่งมอบแล้ว ทางผู้ขายจะต้องมีการสอนการใช้งานให้กับผู้ใช้งานภายใน ๓๐ วัน หรือจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี นับจากวันที่ส่งมอบ
- ๗.๔.๕ มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
- ๗.๔.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์

๘. เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ รุ่น ENDOMED ๔๘๒ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘๕,๕๐๐.-บาท (แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีคุณลักษณะ ดังนี้

๘.๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทเพื่อการรักษาทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ช่วยในการไหลเวียนของเลือด ลดอาการปวด และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

๘.๒ คุณสมบัติทั่วไป

- ๘.๒.๑ เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ให้กำเนิดกระแสไฟฟ้าในการรักษาทั้งกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำและความถี่ปานกลาง
- ๘.๒.๒ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
- ๘.๒.๓ มีโปรแกรมสำเร็จรูป และบันทึกเพิ่มเติมได้
- ๘.๒.๔ ตัวเครื่องมีแผงหน้าปัดแสดงความเข้มของกระแส, ความถี่ เวลาในการรักษา และโปรแกรมในการรักษาแสดงไว้อย่างชัดเจน
- ๘.๒.๕ มีหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสชนิด TFT

๘.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๘.๓.๑ สามารถเลือกให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าได้ ดังนี้
- ๘.๓.๑.๑ กระแสอินเตอร์เฟอเรนเชียล มีขั้วกระตุ้น ๒ ขั้ว และ ๔ ขั้ว โดยแบบ ๔ ขั้ว สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้อย่างน้อย ดังนี้
- Classic
 - Isoplanary
 - Dipole vector automatic
 - Dipole vector Manual

- สามารถปรับความถี่พาหะได้ตั้งแต่ ๒-๑๐ กิโลเฮิร์ตซ์
- ๘.๓.๑.๒ กระแสความถี่ต่ำ TENS มีทั้งแบบ Symmetrical และ Asymmetrical
- ๘.๓.๑.๓ กระแสความถี่ชนิดสี่เหลี่ยม (Rectangular pulsed current)
 - สามารถตั้งช่วงกระตุ้นได้ตั้งแต่ ๐.๐๒ - ๑,๐๐๐ มิลลิวินาที
 - สามารถตั้งช่วงพักการกระตุ้นได้ตั้งแต่ ๕ มิลลิวินาที - ๕ วินาที
- ๘.๓.๑.๔ กระแสความถี่ชนิดสามเหลี่ยม (Triangular pulsed current)
 - สามารถตั้งช่วงกระตุ้นได้ตั้งแต่ ๐.๑ - ๑,๐๐๐ มิลลิวินาที
 - สามารถตั้งช่วงพักการกระตุ้นได้ตั้งแต่ ๕ มิลลิวินาที - ๕ วินาที
- ๘.๓.๑.๕ กระแสชนิด Russian
- ๘.๓.๑.๖ กระแสชนิด High voltage
- ๘.๓.๑.๗ กระแสชนิด Diadynamic สามารถเลือกได้ ๕ รูปแบบ ดังนี้ MF, DF, CP, CPid และ LP
- ๘.๓.๑.๘ กระแสชนิด Micro current
- ๘.๓.๑.๙ กระแสตรงแบบช่วง (Interrupted direct current)
 - ความเข้มของกระแส ๐-๔๐ มิลลิแอมแปร์

๘.๔ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๘.๔.๑	Patient cable	๒	เส้น
๘.๔.๒	Rubber electrode ๖x๘ cm. set of ๒	๒	ชุด
	Rubber electrode ๔x๖ cm. set of ๒	๒	ชุด
๘.๔.๓	Moist pads ๖x๘ cm. set of ๔	๑	ชุด
	Moist pads ๔x๖ cm. set of ๔	๑	ชุด
๘.๔.๔	Fixation Strap, ๑๐๐x๓ cm.	๑	เส้น
๘.๔.๕	Fixation Strap, ๒๕๐x๓ cm.	๑	เส้น
๘.๕.๖	รถเข็นสแตนเลสสำหรับวางเครื่อง	๑	คัน
๘.๕.๗	Point electrode	๑	อัน

๘.๕ เงื่อนไขเฉพาะ

- ๘.๕.๑ มีคู่มือการใช้เครื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
- ๘.๕.๒ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รับประกัน ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า และมีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก ๖ เดือน ในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ ผู้ขายต้องแจ้งแผนการบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องในระยะประกันให้คณะกรรมการตกลงราคาทราบ โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคาด้วย
- ๘.๕.๓ ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน
- ๘.๕.๔ หลังส่งมอบแล้ว ทางผู้ขายจะต้องมีการสอนการใช้งานให้กับผู้ใช้งานภายใน ๓๐ วัน หรือจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี นับจากวันที่ส่งมอบ
- ๘.๕.๕ มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
- ๘.๕.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์

รวม ๘ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายอนุสรณ์ บุญกวิน)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายวุฒิชัย เฉลิมพันธุ์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจรรวรณ์ วรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภาพร สามพรานไพบุลย์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร.๐๓๔-๙๖๐๘๒๒

ที่

วันที่ ๑๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อขง้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะ ประกวราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการกายภาพบำบัดเพื่อผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

เพื่อใช้ในโครงการกายภาพบำบัดเพื่อผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒. รายละเอียดของงานจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑,๑๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑,๑๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

/๘. ร่างประกาศ...

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการกายภาพบำบัดเพื่อผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร นำร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคา ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการกายภาพบำบัดเพื่อผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ได้ตรวจสอบแล้ว มีงบประมาณคงเหลือ ๑๑๕๗,๕๐๐.- บาท

ขอเสนอครั้งนี้ ๑,๑๕๗,๕๐๐.- บาท ซึ่งได้กันเงินจาก เงินค้ำประกัน

และชำระไว้เพียงพอ

นางสาวจิตตา สันโคก

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวจิตตา สันโคก)

ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓

อนุมัติ

(นายอนุสรณ์ บุญภิรมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

- ๒ มี.ค. ๒๕๖๓

(นางสาวสุภาพร สามพรานไพบุลย์)

เจ้าหน้าที่

(นางจรรุวรรณ วรรณนา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๖๗ กว. ๒