



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางคล้าได้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบางคล้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ แนบท้ายประกาศนี้

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๓๒ จึงประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) ดังกล่าว มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศรายุทธ ศรีสุนทร)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรินทรา บุญสีสุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อนุมัติเมื่อวันที่.....19.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2561.....

เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	ค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องปั้นและผสมสารอุดฟัน	ฉบับแรก	12,000.00	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้นและผสมสารอุดฟันจำนวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ (1) เป็นระบบ Solid State (2) ความเร็วของการสิ้นเปลือง (3) ความเร็วของการสิ้นเปลืองไม่ต่ำกว่า 4,000 รอบต่อนาที (4) มีหน้าปัดบอกเวลาทำงานของเครื่อง พร้อมที่ติดตั้งเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ (5) มีแคปซูลพร้อมลูกปืนจำนวน 2 ชุด (6) มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง (7) มีระบบป้องกันโอเวอร์โหลด (8) ระบบกันกระแทกของตัวเครื่องขณะทำงานเป็นระบบแขวนลอยบนแท่นสปริง (9) ขณะเครื่องทำงาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนตามการสั่นของเครื่อง ตามราคามาตรฐานเครื่อง (พ.ศ. 2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08) หน้า 145	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้นและผสมสารอุดฟันจำนวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ (1) เป็นระบบ Solid State (2) ความเร็วของการสิ้นเปลือง (3) ความเร็วของการสิ้นเปลืองไม่ต่ำกว่า 4,000 รอบต่อนาที (4) มีหน้าปัดบอกเวลาทำงานของเครื่อง พร้อมที่ติดตั้งเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ (5) มีแคปซูลพร้อมลูกปืนจำนวน 2 ชุด (6) มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง (7) มีระบบป้องกันโอเวอร์โหลด (8) มีระบบกันกระแทกของตัวเครื่องขณะทำงานเป็นระบบแขวนลอยบนแท่นสปริง (9) ขณะเครื่องทำงาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนตามการสั่นของเครื่อง ตามราคามาตรฐานเครื่อง (พ.ศ. 2561 - 2564) บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08) หน้า 145
								- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโต๊ะไฟ จำนวน 1	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโต๊ะไฟจำนวน 1

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร บุญเชื้อสุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โคมไฟ

ชุด โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ
สิ่งขบ ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ
แรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
(2) ประกอบด้วยเครื่องดูด
น้ำลาย โคมไฟส่องปาก เก้าอี้
สนาม และเก้าอี้ปฏิบัติการ
ข. คุณสมบัติทางเทคนิค
(1) เครื่องดูดน้ำลาย
1.1 กำลังของมอเตอร์อยู่
ระหว่าง 1/4 - 3/4 แรงม้า
1.2 มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวก
และสามารถตั้งค่าแรงดูด ที่
ต้องการให้คงที่ โดยสามารถ
ปรับค่าแรงดูดได้ระหว่าง 0
ถึง -600 mm.Hg เป็นอย่าง
ต่ำ
1.3 มีมาตรอ่านแรงดูด โดย
แสดงค่าแรงดูด 0 ถึง -760
mm.Hg หรือเทียบเท่า
1.4 ภาชนะบรรจุน้ำลายเป็น
ขวดใสทำด้วยแก้วหรือ
พลาสติกตกไม่แตก ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร
1.5 มีระบบป้องกันของเหลว
ในภาชนะสั่นเข้าเครื่อง
1.6 หัวดูดเป็น Saliva
Ejector พร้อมข้อต่อเข้าท่อ
ดูด
1.7 ท่อดูดยาวไม่น้อยกว่า
1.25 เมตร
1.8 สายไฟ (Main Cable)
ยาวไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
(2) โคมไฟส่องปาก
2.1 โคมไฟ (Operation
Light) หลอดไฟเป็นชนิด
Tungsten-Halogen มีระยะ
ไฟลิส ไม่น้อยกว่า 50
เซนติเมตร ความเข้มของแสง
ที่ระยะไฟลิสระหว่าง
13,000 - 25,000 ลักซ์ ที่
ระยะไฟลิสมีค่า Color
Temperature อยู่ระหว่าง

ชุด โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ
สิ่งขบดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ
220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
(2) ประกอบด้วยเครื่องดูด
น้ำลาย โคมไฟส่องปาก เก้าอี้
สนาม และเก้าอี้ปฏิบัติการ
ข. คุณสมบัติทางเทคนิค
(1) เครื่องดูดน้ำลาย
1.1 กำลังของมอเตอร์อยู่
ระหว่าง 1/4 - 3/4 แรงม้า
1.2 มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวก
และสามารถตั้งค่าแรงดูด ที่
ต้องการให้คงที่ โดยสามารถ
ปรับค่าแรงดูดได้ระหว่าง 0
ถึง -600 มิลลิเมตรปรอท
(mm Hg) เป็นอย่างต่ำ
1.3 มีมาตรอ่านแรงดูด โดย
แสดงค่าแรงดูด 0 ถึง -760
มิลลิเมตรปรอท (mm Hg)
หรือเทียบเท่า
1.4 ภาชนะบรรจุน้ำลายเป็น
ขวดใสทำด้วยแก้วหรือ
พลาสติกตกไม่แตกขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร
1.5 มีระบบป้องกันของเหลว
ในภาชนะสั่นเข้าเครื่อง
1.6 หัวดูดเป็น Saliva
Ejector พร้อมข้อต่อเข้าท่อ
ดูด
1.7 ท่อดูดยาวไม่น้อยกว่า
1.25 เมตร
1.8 สายไฟ (Main Cable)
ยาวไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
(2) โคมไฟส่องปาก
2.1 โคมไฟ (Operation
Light) มีระยะไฟลิสไม่
น้อยกว่า 50 เซนติเมตรความเข้ม
ของแสงที่ระยะไฟลิสอยู่
ระหว่าง 13,000 - 25,000
ลักซ์(Lux : lx) ที่ระยะไฟลิสมี
ค่า Color Temperature อยู่
ระหว่าง 3,600 - 6,500 K

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอริมพร บุญเชื้อสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3,600 - 6,500 องศาเซลเซียส	3,600 - 6,500 องศาเซลเซียส
2.2 Flexible Arm ของคอมพิวเตอร์ ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม	2.2 Flexible Arm ของคอมพิวเตอร์ ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม
สามารถปรับระดับคอมพิวเตอร์ทั้งแนวตั้งและแนวระนาบ	สามารถปรับระดับคอมพิวเตอร์ทั้งแนวตั้งและแนวระนาบ
2.3 เสาและตัวฐาน ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม มีความมั่นคง มีล้อเลื่อนที่ฐาน สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม	2.3 เสาและตัวฐาน ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม มีความมั่นคง มีล้อเลื่อนที่ฐาน สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม
2.4 หม้อแปลง ไฟฟ้า ขนาด 12 โวลต์ 10 แอมแปร์	2.4 หม้อแปลง ไฟฟ้า ขนาด 12 โวลต์ 10 แอมแปร์
(3) แก้อีส์สนาม (แก้อีส์สำหรับรับบริการ) มีฟังก์ชันที่ปรับเอนได้ มีฟังก์ชันสำหรับผู้รับบริการที่สามารถปรับให้รองรับศีรษะของผู้มารับบริการแต่จะรายได้ ความสูงของแก้อีส์พองเหมาะกับผู้ใช้บริการ โดยสามารถทำงาน ได้สะดวก แก้อีส์สามารถพับหรือถอดเก็บได้ สะดวก มีที่วางก้นและที่ बैठานปากในตำแหน่งที่สะดวกต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ (แก้อีส์ให้บริการ) มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ำได้ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar Support	(3) แก้อีส์สนาม (แก้อีส์สำหรับรับบริการ) มีฟังก์ชันที่ปรับเอนได้ มีฟังก์ชันสำหรับผู้รับบริการที่สามารถปรับให้รองรับศีรษะของผู้มารับบริการแต่จะรายได้ ความสูงของแก้อีส์พองเหมาะกับผู้ใช้บริการ โดยสามารถทำงาน ได้สะดวก แก้อีส์สามารถพับหรือถอดเก็บได้ สะดวก มีที่วางก้นและที่ बैठานปากในตำแหน่งที่สะดวกต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ (แก้อีส์ให้บริการ) มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ำได้ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar Support
ตามมาตรฐานครกเก็ทซ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชีครกเก็ทซ์ (แบบ ผ.08) หน้า 145	ตามมาตรฐานครกเก็ทซ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชีครกเก็ทซ์ (แบบ ผ.08) หน้า 145

แผนงานและ ชุมชน	งานสาธารณสุขและ งานสังคม	งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	ฉบับแรก	19,000.00	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท โดยมี คุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ (1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ สะพาย (2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย กว่า 1.5 แรงม้า (3) ปริมาตรกระบอกลบ ไม่ น้อยกว่า 30 ลิตร (4) พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ .ศ.2561 - 2564) บัญชี ครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08) หน้า 150	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท โดยมี คุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ (1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ สะพาย (2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย กว่า 1.4 แรงม้า (3) ปริมาตรกระบอกลบ ไม่ น้อยกว่า 30 ลิตร (4) พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ .ศ.2561 - 2564) บัญชี ครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08) หน้า 150
แผนงานและ ชุมชน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	ฉบับแรก	47,500.00	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ เฉพาะดังต่อไปนี้ (1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ สะพาย (2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย กว่า 1.5 แรงม้า (3) ปริมาตรกระบอกลบ ไม่ น้อยกว่า 30 ลิตร (4) พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ .ศ. 2561-2564) บัญชี ครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08) หน้า 150	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ (1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ สะพาย (2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย กว่า 1.4 แรงม้า (3) ปริมาตรกระบอกลบ ไม่ น้อยกว่า 30 ลิตร (4) พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ .ศ.2561 - 2564) บัญชี ครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08) หน้า 150

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรรณพร บุญสุวรรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.1 หัวหน้าหน่วยงาน กองช่าง เจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากสำนักงานได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 ทำให้คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้เดิมไม่ตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29

(ลงชื่อ)

(นายมงคล กลิ่นจินดา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

1.2 หัวหน้าหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากสำนักงานได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 ทำให้คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้เดิมไม่ตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29

(ลงชื่อ)

(นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒน์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

สำเนาถูกต้อง

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น

15 มกราคม 2561

9.5.6.500

(ลงชื่อ)

(นางสุรีย์ วงศ์กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวอินทรา บุญเรืองสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น

Chlorobutylrubber

(นายไพรรสพร ปัญญาหอม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
วันที่ ๑๔ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

1550 8710 11 92507
04507.

(นายศรายุทธ ศรีสุนทร)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

4.2 สมาชิกต้องยื่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หรือผู้อำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ เดือน พ.ศ. (ถ้ามี) ตามหนังสือ

ตำนานถูกต้อง

(นางสาวอรันตรา บุญเรืองสุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส