



ประกาศจังหวัดหนองคาย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วย จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ

๑. เตียงฟาร์เลอร์ แบบ ๖ จำนวน ๓๒ เตียง ราคากล่องละ ๑๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๗๖,๐๐๐ บาท(ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)สำหรับ โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิบัติประชาชนลาว

ผู้มีสิทธิเสนอราคา

๑. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของตามที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเพรียญชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเพรียญชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดหนองคาย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. เป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๖. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการทำสัญญา กับจังหวัดหนองคาย ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากประจำรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ พ.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๙/๓/๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖/๓/๒๕๖๔
 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.(ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และกำหนดเปิดซองในวันที่ ๒๖/๓/๒๕๖๔
 ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๙/๓/๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖/๓/๒๕๖๔
 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๔๖-๕๐๖๗-๗๐ ต่อ ๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙/๓/๒๕๖๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ธ.๗ -

(นายสมชายโชค ปิยวัชร์เวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัตรราชการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดหนองคาย



1. ความต้องการ เตียงฟ้า卧เลอร์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไป

- 2.1 เดึงผู้ป่วยชนิดฟ้า卧เลอร์ 2 ไกร์ แบบราวด์ไลด์
- 2.2 ตัวเตียงและพื้นเตียงทำจากโลหะพ่นสีป้องกันสนิม
- 2.3 มีล้อ 4 ล้อ สามารถเข็นเคลื่อนย้ายได้ พร้อมระบบล็อกล้อ ได้อย่างน้อย 2 ล้อ
- 2.4 ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 เพื่อรองรับมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ ที่จำหน่าย หรือถ้าหากเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย สินค้าที่เสนอราคา จะต้องได้รับการ จัดทบทวนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และต้องได้รับรองมาตรฐาน มอก. ในรุ่นที่เสนอราคา

3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- 3.1 โครงสร้างของเตียงผลิตจากเหล็กพ่นสีป้องกันสนิม เชิงเร่ง ทนทาน
- 3.2 ขนาดของพื้นเตียงไม่น้อยกว่า ความกว้าง 95 เซนติเมตร ความยาว 210 เซนติเมตร
- 3.3 พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ตอน ทำด้วยแผ่นเหล็กแบบ Cold steel plate เป็นชิ้นรูป มีช่องระบายอากาศ และมีความแข็งแรงทนทาน
- 3.4 รวมกันเตียงแบบสไลด์ ทำจากอลูминิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา และมีมือบีบสำหรับพับเก็บข้าง เตียงได้
- 3.5 พนักหัวเตียงและท้ายเตียง ทำด้วยพลาสติกชนิด PP หรือดีกว่า แบบฉีดขึ้นรูป และมีช่องสำหรับ มือจับเงิน ได้สะดวก
- 3.6 เตียงสามารถปรับท่าต่างๆ ได้ โดยมีอุปกรณ์การปรับแบบมือหมุน ติดตั้งอยู่ด้านท้ายเตียง ดังต่อไปนี้
 - 3.6.1 ปรับระดับหลัง ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 0-80 องศา
 - 3.6.2 ปรับระดับขา ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 0-40 องศา
- 3.7 เบาะรองนอนผู้ป่วย แบบแบ่งเป็น 4 ตอน หุ้มด้วยหนังเทียมพีวีซี พร้อมด้วยที่นอนลม
 - 3.7.1 ที่นอนลมแบบล่อน ทำจากวัสดุ PVC จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ล่อน สามารถทำความ สะอาดได้สะดวก
 - 3.7.2 ที่นอนลมสามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 กิโลกรัม
 - 3.7.3 สามารถปรับลมใช้งานได้กับกระแสไฟฟ้าสลับ 230 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ พร้อมชุดตัด กระแสไฟเกิน โดยมีปุ่ม Test การจ่ายไฟถูกต้องแบบเสียงและไฟ LED แจ้งการ จ่ายไฟ และมีระบบ Auto restart หน่วงเวลา โดยสามารถเลือกได้ 2 ชั่วโมง คือ ไม่เกิน 5 วินาทีและ 1 นาทีก่อนจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ และมีความไวในการตรวจสอบปัญหาไฟฟ้า





ໄຟເກີນໄມ່ເກີນ ລວມທີ່ເພື່ອຫ້ວຍປົ້ອງກັນແລະຢັດອາຍຸກາຮີໃຊ້ຈຳນານຂອງເຄື່ອງ ແລະຕ້ອງມີແບບ
ສຶກສອກແຮງຄົນກະຮະແສໄຟກ່ອນເຂົາເຄື່ອງ

3.7.4 ມອດຕ່ອງຮັບປິນລວມສາມາດແວນຕົດຕັ້ງດ້ານຫ້າຍເຕີຍທີ່ອວກຄ້ານຫ້າງເຕີຍໄດ້

3.8 ລ້ອເຕີຍທັງ 4 ລ້ອ ມີນາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ນີ້ ແລະສາມາດລື້ອຄລ້ອໄດ້ຍ່າງນ້ອຍ 2 ລ້ອ

3.9 ດ້ານຫ້າງລ່າງຂອງເຕີຍ ມີຄານທຳດ້ວຍແລື້ກພ່ານສີປົ້ອງກັນສະນິມ ເພື່ອເສຣິມຄວາມແປ້ງແຮງທັງ 2 ດ້ານ
ຫ້າຍແລະຂວາງຂອງເຕີຍ

3.10 ດ້ານມື້ອໜຸນທຳດ້ວຍ ABS ສາມາດພັບເກີນໄດ້

4. ອຸປກຮັດປະກອບ

4.1 ເບາຮອງນອນຜູ້ປ່ວຍ

ຈຳນວນ 1 ຊຸດ

5. ເສື່ອນໄພແພະ

5.1 ຮັບປະກັນຄຸນກາພສິນຄ້າ ເປັນເວລາ 1 ປີ

5.2 ທາກເປັນສິນຄ້ານຳເຂົາຈາກຕ່າງປະເທດ ຈະຕ້ອງແສດງໜັງສື່ອຮັບຮອງປະກອບການນຳເຂົາເຄື່ອງນີ້ອ
ແພທຍໍ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍສຳນັກຄະກຽມກາຮອາຫາຣແລະຍາ ກະທຽວສາຫະລຸ (ແບບ ບ.ນ.ທ. 1)

5.3 ຜູ້ສັນອາຄາຕ້ອງເປັນຕົວແທນຈໍານ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຕຽງຈາກໂຮງງານຜູ້ພັດທີ່ໄດ້ຮັບ
ການແຕ່ງຕັ້ງຂ່າຍຈາກຜູ້ນຳເຂົາ

5.4 ເປັນຂອງໃໝ່ໄມ່ເຄຍຸ່ານການໃຊ້ຈຳນານນັກ່ອນ

5.5 ຜູ້ຂ່າຍຈະຕ້ອງສ່າງນອນຄຽກັນທີ່ ໂພນໂພງ ແວງເວີຍຈັນທີ່ ສາຫະລຸຮັບ
ປະຊິປໄຕຍປະຊາຊາລາວ ໂດຍຜູ້ຂ່າຍເປັນຜູ້ຮັບຜົດຂອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ

ຮາຄາກລາງ 18,000 ບາທ

ຄໍາສັ່ງຈັງຫວັດທຸນອົງຄາຍທີ່ 451/2559 ລວມທີ່ 26 ກຸມພັນທີ່ 2559

	ຊື່ ສກຸດ	ຕຳແໜ່ງ	ນາມເຕັມນີ້ຂ່ອງ	ວັນ / ເດືອນ / ປີ ທີ່ກຳນົດ
1	ນາຍຮວ້າຫັບ ແລື້ອງສົງ	ນັກວິชาກາສາຫະລຸຂໍ້າມານຸງກາຮີເມຍ		14 ມີນາມ 2559
2	ນາຍອມຣິນທີ່ ແກ້ວທິນ	ນາຍຫ່າງເຖິງກົດທຳນານຸງຈານ		
3	ນາຍນິວັນຄົງ ຈົງຮັກຍໍ	ນາຍຫ່າງເຖິງກົດທຳນານຸງຈານ		

(ນາຍສົມບາຍໂສຕີ ປີຍວ້ົນເວລາ)

ນາຍແພທຍໍສາຫະລຸຈົ່ງຫວັດ ປຸງໃຫ້ອະນຸຍາກການແກ້ໄຂ

ຜູ້ວ່າງຈາກການຈົ່ງຫວັດນອນຫວັງ