



ประกาศจังหวัดหนองคาย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดข้อเข่า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดข้อเข่า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดข้อเข่า	จำนวน	๑	เครื่อง
----------------------------------	-------	---	---------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดหนองคาย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๔๒ ๒๙๒๓ ต่อ ๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



- 13.13.2. รองรับการต่อใช้งานร่วมกับด้ามมอเตอร์แบบลูกผสม (hybrid handpiece)
- 13.13.3. รองรับการต่อใช้งานร่วมกับด้ามมอเตอร์แบบมาตรฐาน (standard handpiece)
- 13.13.4. รองรับการต่อใช้งานร่วมกับด้ามมอเตอร์แบบความเร็วสูง (high-speed handpiece)
- 13.13.5. รองรับการต่อใช้งานร่วมกับด้ามมอเตอร์แบบหลายหน้าที่ (multifunction handpiece)
- 13.13.6. ขั้วต่อสำหรับเป็นเท้าเหยียบ (footswitch)
- 13.13.7. ขั้วต่อสำหรับต่อสายเชื่อมกับระบบควบคุมผ่านศูนย์กลาง (KARL STOR SCB)
- 13.14. ได้รับการรับรองมาตรฐาน (certified to) IEC 601-1, CE acc. to MDD
- 14. ด้ามมอเตอร์สำหรับปั่นตัดคุดเนื้อเยื่อและข้อกระดูก (Shaver Handpiece) จำนวน 1 ชิ้น
 - 14.1. สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมมอเตอร์สำหรับผ่าตัดกระดูกและข้อ
 - 14.2. รองรับการหมุนที่ความเร็วรอบสูงสุดที่ 8,000 รอบต่อนาที (rpm)
 - 14.3. สามารถถอดส่วนข้อต่อส่วนหน้าออกได้ (disassembly feature) เพื่อให้ล้างทำความสะอาดได้ง่ายและยืดอายุการใช้งานด้ามมอเตอร์
 - 14.4. ส่วนด้ามจับถือถนัดมือ (ergonomic design)
 - 14.5. สามารถเลือกทิศทางการถือถนัดปั่นตัดคุดได้ทั้งหมด 4 ทิศทาง (0, 90, 180, 270 องศา)
 - 14.6. สามารถควบคุมแรงคุดได้จากก้านควบคุมช่องเปิดควาล์ว (lever)
 - 14.7. ให้แรงบิดสูง (high torque) และความเร็วรอบสูง (high speed)
 - 14.8. เสียงการทำงานต่ำ (low-noise operation)
 - 14.9. ด้ามจับถือมีน้ำหนักรเบา
- 15. ใบมีดปั่นตัดคุดเนื้อเยื่อ (shaver blades) ชนิดก้านตรง สามารถใช้งานได้หลายครั้ง (reusable), ส่วนปลายเป็นพื้นหยักทั้งด้านใน ขนาดก้านเครื่องมือ 4.5 มิลลิเมตร, ความยาวใช้งาน 120 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 16. หัวกรอกระดูก (burr) ชนิดก้านตรง สามารถใช้งานได้หลายครั้ง (reusable), ส่วนปลายเป็นคุ่มโลหะแบบกลม (round), ขนาดก้านเครื่องมือ 4.2 มิลลิเมตร, ความยาวใช้งาน 120 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 17. ด้ามมอเตอร์เอนกประสงค์สำหรับเจาะกระดูก สามารถนึ่งไอน้ำฆ่าเชื้อได้ จำนวน 1 ชิ้น
- 18. ขั้วต่อสำหรับใส่ส่วนเจาะกระดูก สามารถนึ่งไอน้ำฆ่าเชื้อได้ จำนวน 1 ชิ้น
- 19. จอแสดงภาพ Full HD ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
- 20. รถเข็นวางเครื่องมือแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 คัน
- 21. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

คำสั่งจังหวัดหนองคายที่ 7639/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561				
	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วัน / เดือน / ปี ที่กำหนด
1	นายวัชรพงษ์ หอมวุฒิวังค์	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ		14 สิงหาคม 2561
2	นายรัชชัย เหลืองศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ		
3	นายอมรินทร์ แก้วหิน	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน		

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย