



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติงานฯ) โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๘

ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว ๘๐

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ “รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยตนเอง”

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โปรดอนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงสุขภาวะด้านการดูแลสุขภาพ ตามหลักการสร้างองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) และสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในประเด็นรหัส HR ๒

ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดโดยการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงสุขภาวะด้านการดูแลสุขภาพ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความรู้ และวิธีใช้การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยตนเอง” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และครอบคลุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดเกิดความตระหนักในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำไปสู่การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแนวทางฯ ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “สวัสดิการ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป

(นางมนัสวี มนตรีวิท)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาสมรรถนะ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เจ้าของเรื่อง/ผู้ประสานงาน

นายจิตติพงศ์ ธีรพรรณันท์ ๐๘ ๑๙๓๘ ๒๕๐๓



ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว ๒๙๐๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โปรดอนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงสุขภาวะด้านการดูแลสุขภาพ ตามหลักการสร้างองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) และสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในประเด็นรหัส HR ๒

ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดโดยการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงสุขภาวะด้านการดูแลสุขภาพ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความรู้ และวิธีใช้การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยตนเอง” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Antigen Test Kit เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด และครอบครัวรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดเกิดความตระหนักในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำไปสู่การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด ตลอดจนบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแนวทางฯ ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “สวัสดิการ”



กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติงาน และสวัสดิการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๓๗

เจ้าของเรื่อง/ผู้ประสานงาน

นายจิตติพงศ์ ธีรพัชรนันท์ ๐๘ ๑๙๓๘ ๒๕๐๓

รู้จัก-ใช้จริง

ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยตัวเอง



1

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

เลือกใช้ชุดทดสอบ
ที่ผ่านการประเมิน
และขึ้นทะเบียนกับ อย.

2

เลือกชุดทดสอบ
ที่เก็บส่งตรวจได้ง่าย
เช่น จากหลังโพรงจมูก
หรือน้ำลาย

3

ศึกษาวิธี
การทดสอบ
และตรวจสอบวันหมดอายุ
ก่อนใช้ทุกครั้ง

4

ต้องเก็บ
ชุดทดสอบ
ในอุณหภูมิที่กำหนด

5

จัดเตรียม
พื้นที่สำหรับ
การทดสอบให้สะอาด

6

ระวัง!
อย่าเปิดซองทดสอบ
ทิ้งไว้จนกว่าจะเริ่มใช้งาน
เพื่อผลตรวจที่แม่นยำ

7

ควรอ่านผล
การทดสอบภายใน
เวลาที่กำหนด

8

ห้าม!
นำชุดทดสอบ
กลับมาใช้ซ้ำเด็ดขาด

หมายเหตุ: Antigen Test Kit
เป็นชุดตรวจเชื้อโควิด19 เบื้องต้น
หากผลเป็นบวกต้องตรวจแบบ RT-PCR อีกครั้ง

9

แยกทิ้งชุดทดสอบ
เป็นขยะติดเชื้อ
และล้างมือให้สะอาด
หลังทำการทดสอบทันที